

Kraków, 18.10.2024 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT NA DZIEŃ 23.10.2024 ROKU

dot. sprawy: 81/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawę sprzętu medycznego VIII**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

- Wymagania pozostałe, pkt. 47

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach wskazanego wymogu Zamawiający dopuści urządzenie posiadające DICOM oraz możliwość współpracy z systemem PACS/RIS firmy Alteris bez konieczności wdrożenia oraz konfiguracji urządzenia w sposób określony w przywołanym punkcie tabeli z parametrami?

Odpowiedź : tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2. – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, regulację oraz kalibrację urządzenia po zakończeniu gwarancji podstawowej na każde żądanie Kupującego za wyjątkiem tych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2. 1) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„1) zareagowania do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji rozumianego jako podjęcie działań naprawczych w tym również zdalna diagnostyka przeprowadzona przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy”.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2. 2) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„2) dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: 14 dni roboczych ~~120 godzin przypadających w dni robocze~~, od momentu zgłoszenia reklamacji;”

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2. 3) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„3) w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym o 5 dni roboczych ~~72 godziny, przypadające w dni robocze~~, niż ten wskazany w pkt 2; od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji na jego koszt.”

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2. 3) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„4) wymiany podzespołu na nowy po ≥ 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;”

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5 – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„5. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania tej naprawy o ile ta przekroczyła 14 dni roboczych.”

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1 1) 2) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 0,2% do 0,1%.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 12 - w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie nowego ustępu o następującym brzemieniu:

„ 4. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar.”

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie warunków granicznych gwarancji, Okres gwarancji – II pkt. 8 - w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu do 72 godzin.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie warunków granicznych gwarancji, Okres gwarancji – II pkt. 10 - w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy, w przypadku napraw gwarancyjnych trwających powyżej 6 dni roboczych”

Odpowiedź : patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie warunków granicznych gwarancji, Okres gwarancji – II pkt. 11 - w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku, gdy naprawa istotnego elementu/części przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, następuje wymiana tego elementu/części przedmiotu zamówienia na nowy”

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1 – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w przypadku.”

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1 5) – w zakresie Pakietu nr 2, Aparat USG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500,00zł na 300,00zł brutto ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kupujący oświadcza, iż zbycie wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Pakiet 10, poz.330: Czy Zamawiający wyraża zgodę wannę do kontenera o wymiarach 587x279x101mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

• Pakiet 10, poz.331: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz do kontenera wymiary 540x245x50mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

• Pakiet 10, poz.333: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tabliczkę identyfikacyjną w zielonej ramce z białym wypełnieniem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

• Pakiet 10, poz.336: Czy zamawiający wyraża zgodę na pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość szczęki 1,5mm długość 160mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

• Pakiet 10, poz.338: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne typ Crile-Wood szczęki proste twardą wkładką skok 0,4mm nici 4/0-6/0 długość 180mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

• Pakiet 10, poz.347: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny typ Fritsch długość 240mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

• Pakiet 10, poz.348: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny typ Fritsch długość 250mm, rozmiar: 45x60mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12:

1.Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

1) 0,2 % wartości brutto **niewykonanej części** Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) 0,2 % wartości brutto **wadliwej części** Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia;

3) 0,1 % wartości brutto **wadliwej części** Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy;

4) 0,1 % wartości brutto **wadliwej części** Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy (o ile dotyczy);

5) **50,00 zł** brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności : (...)

6) 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 1).

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

1. Czy Zamawiający w Pakiet nr 4, pkt. 80, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający w Pakiet nr 4, pkt. 84, wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o parametrach: „Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej: 9,9 mm”?

Odpowiedź : tak.

3. Czy Zamawiający w Pakiet nr 4, pkt. 85, wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o parametrach: „Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 9,9 mm”?

Odpowiedź : tak.

4. Czy Zamawiający w Pakiet nr 4, pkt. 97, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

5. Czy Zamawiający w Pakiet nr 5, pkt. 115, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 1 do następującej treści: „zareagowania do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji rozumianego jako podjęcie działań naprawczych;”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 2 do następującej treści: „dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni przypadających w dni robocze, od momentu zgłoszenia reklamacji;”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 3 do następującej treści: „w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż **14 dni**, przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w ust. 2, pkt. 2. **Na czas naprawy powyżej terminu wskazanego w pkt. 2, Dostawca zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze o tych samych lub lepszych parametrach;**”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 4 do następującej treści: „wymiany podzespołu na nowy po **3** naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 6 do następującej treści: „w przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie **14** dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 4 do następującej treści: „W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części **eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przeglądu** (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów **eksploatacyjnych** (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym.”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Równocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.10.2024 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 23.10.2024 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 23.10.2024 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (wszelkie zmiany na czerwono)