

dot. sprawy: 86/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do dezynfekcji** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych, gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Chusteczki dostępne w rozmiarze 20 x 20 cm, polecane są szczególnie do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe.

Chusteczki są na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierają alkoholi, aldehydów i fenoli. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości niestrzępiącego się materiału i gwarantują uwalnianie aktywnych składników. Posiadają bardzo niską toksyczność i dużą siłę mycia. Tuba a 200 szt. kompatybilna z dozownikiem do utrzymania opakowania w jednym miejscu. Umożliwiający otwarcie i wyciągnięcie chusteczki jedną ręką. Dozownik zawiera substancje antybakteryjne zgodnie z ISO 22196:2011. Chusteczki o znacznie szerszym spektrum działania wobec: B(EN16615; EN13727) w tym MRSA i VRE), F(EN 13624 candida), V(EN 14476 HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (EN 14348 M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny tabletek z aktywnym chlorem do mycia i dezynfekcji powierzchni, gdzie jedna tabletkę zawiera 1000ppm, spektrum działania B,Tbc,F,S,V/Polio, Adeno, HCV,HIV,HBV,clostridium difficile- (warunki brudne całe spektrum). Tabletki konfekcjonowane po 300 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3

Pakiet 8 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie 85g/100g alkoholu etylowego. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla żądania aby preparat miał min 87g/100g alkoholu etylowego i jest to zapis wprowadzony tylko i wyłącznie w celu ograniczenia konkurencji do tylko jednego preparatu o takim składzie o handlowej nazwie Skinman Soft Protect.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Pakiet 8 poz 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat na bazie mieszaniny alkoholu 80g/100g preparatu spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Pakiet 9 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat na bazie naturalnych surowców do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów. Niezawierający mydła oraz alkaliów o neutralnym pH (5,0-5,5). Produkt w jednorazowych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem plombą typu voigt. Pozbawiony barwników, substancji zapachowych. Możliwość stosowania w profilaktyce przeciwoleżynowej i przy pieluszkowym zapaleniu skóry. Bez zawartości parabenów i metyloizotiazolinonu oraz fenoksytanolu. Opakowanie: 500mL. Kosmetyk posiadający oznakowanie Nordic Swan oraz testy dermatologiczne. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni wskazuje na jedyny produkt o takich parametrach firmy Goodpoint, tym samym ogranicza możliwość złożenia ofert producentom posiadającym równoważne bądź też lepsze rozwiązania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6Pakiet 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat na bazie mieszaniny alkoholu 80g/100g preparatu spełniającego pozostałe zapisy SWZ. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni wskazuje na jedyny produkt o takich parametrach firmy Goodpoint, tym samym ogranicza możliwość złożenia ofert producentom posiadającym równoważne bądź też lepsze rozwiązania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7Pakiet 14

Prosimy o wskazanie producenta sprzętu objętego gwarancją, aby potwierdzić iż zaproponowane chusteczki spełniają zakres gwarancji oraz dopuszczenie do oceny chusteczek zgodnych z SWZ.

Odpowiedź: Producent sprzętu do znieczulania – GE.

Pytanie 8Pakiet 17

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniający zapisy SWZ o rozmiarze chusteczki 16x20cm. Prosimy o wskazanie urządzenia i producenta objętego gwarancją w celu potwierdzenia możliwości użycia proponowanych chusteczek.

Odpowiedź: Tonometr, soczewki.

Pytanie 9dotyczy pakiet 2 poz. 4

W zawiązku z wycofaniem z produkcji preparatu o parametrach określonych w pozycji nr 4 prosimy o dopuszczenie gotowego do użycia produktu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wiertel stomatologicznych, narzędzi obrotowych i kanałowych zawierający węglan i wodorowęglan didecyloдимetyloamoni, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Spektrum działania w warunkach brudnych: B (EN 13727 i 14561), F (C. albicans EN 13624 i 14562) do 5 min, V (osłonowe EN 14476 i 17111) do 15 min oraz Tbc (EN 14348 i 14563) do 60. min. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka kompatybilność materiałowa (np. nikiel, tytan, aluminium, węgiel wolframu). Opakowanie 2L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10dotyczy pakiet 3 poz. 1 i 2

W zawiązku z wycofaniem z produkcji preparatu o parametrach określonych w Pakiecie nr 3 pozycja 1 i 2 prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie tej samej substancji czynnej (diaminakokospropylenu), z niewielkim dodatkiem 1-propanolu o takim samym przeznaczeniu. Stężenie roztworu roboczego i czas działania zgodne z siwz, spektrum bójcze B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV Papowa, Vaccinia) z możliwością poszerzenia o Adeno. Preparat był dotychczas stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 i 3

Czy w celu uzyskania lepszego efektu synergistycznego działania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk Zamawiający będzie wymagał preparatów kompatybilnych (tj. pochodzących od tego samego producenta) ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy w celu odróżnienia od preparatu dezynfekcyjnego preparat myjący z poz. 3 powinien posiadać zabarwienie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że chusteczki oferowane w pakiecie nr 14 mają być oparte na co najmniej trzech różnych związkach amonowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14

dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że preparat oferowany w poz. 6 ma posiadać status produktu biobójczego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu biobójczego.

Pytanie 15

dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o informację jaką ilość dozowników będzie Zamawiający wymagał do chusteczek z pakietu nr 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dozowników, ma być tuba stojąca.

Pytanie 16

Pakiet 12:

Czy Zamawiający wymaga produktu będącego wyrobem medycznym i posiadającego normę 4 pól – EN16615?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat w koncentracji płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni, bez zawartości: aldehydów, chloru, substancji zapachowych, aktywnego tlenu, izopropanolu? Możliwość zalewania suchych chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Produkt o podwójnej rejestracji CE, produkt biobójczy. Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, posiada pozytywną opinię producenta materiałów obiciowych Famed. Spektrum i czas działania: bakterie EN 13727 - 0,25% w 15 min, Bakterie (Paeruginosa) wg EN 13697 – 0,5% w 15 min, Grzyby (C.albicans) wg EN 13624 – 0,25% w 15 min, Prątki (M.terrae, M.avium) wg EN 14348 – 0,5% w 15 min, Wirusy osłonkowe, BVDV, Adeno wg EN 14476 – 0,5% w 15 min, Polio, Rota wg EN 14476 – 1% w 15 min, Noro wg EN 14476 – 4% w 15 min. Opakowanie: butelka 1L z wbudowanym dozownikiem przelewowym. Dopuszczenie preparatu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co przełoży się bezpośrednio na zysk ekonomiczny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat w koncentracji płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni, bez zawartości: aldehydów, chloru, substancji zapachowych, aktywnego tlenu, izopropanolu? Możliwość zalewania suchych chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Produkt o podwójnej rejestracji CE, produkt biobójczy. Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, posiada pozytywną opinię producenta materiałów obiciowych Famed. Spektrum i czas działania: bakterie EN 13727 - 0,25% w 15 min, Bakterie (Paeruginosa) wg EN 13697 – 0,5% w 15 min, Grzyby (C.albicans) wg EN 13624 – 0,25% w 15 min, Prątki (M.terrae, M.avium) wg EN 14348 – 0,5% w 15 min, Wirusy osłonkowe, BVDV, Adeno wg EN 14476 – 0,5% w 15 min, Polio, Rota wg EN 14476 – 1% w 15 min, Noro wg EN 14476 – 4% w 15 min. Opakowanie: kanister 5L. Dopuszczenie preparatu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co przełoży się bezpośrednio na zysk ekonomiczny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5L.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: butelka 1L z wbudowanym dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Viruton Bohr, gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych? Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (*C. albicans*), Tbc (*M. terra*, *M. avium*), V (*Vaccinia*, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie: butelka 1L, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego w zakresie pakietu nr 2 poz. 5 typu Viruton Pre, preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji? Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli (oksy-1,2-etanodiol), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydrokso-propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: butelka 1L z wbudowanym dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5L.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Viruton Pulver, preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych)? Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*), Tbc (*M.terrae*, *M.avium*), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), *C. difficile* 2% w 10 minut, *B. subtilis* 0,5% w 30 minut. Czysty roztwór wykazuje aktywność do 30 godzin. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Op. 1kg, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 15 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; inkubatorów, głowic USG ekranów monitorów LCD, również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych? Nasączone substancją bez zawartości alkoholu – produkt w pełni bezpieczny dla powierzchni. Pozytywna opinia Famed – producenta materiałów obiciowych. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodiol)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut, Rota - 15 min. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13 x 20 cm. Opakowanie: puszka z wymiennymi wkładami 100 szt.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Velox Spray, preparat oparty o mieszaninę alkoholi: etanol oraz propan-2-ol w stężeniu 70%? przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Przebadany zgodnie z normą 16615. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt przebadany w warunkach brudnych. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1000 ml ze spryskiwaczem. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Velox Spray, preparat oparty o mieszaninę alkoholi: etanol oraz propan-2-ol w stężeniu 70%? przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Przebadany zgodnie z normą 16615. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt przebadany w warunkach brudnych. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5000 ml. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 4 dopuści produkt równoważny typu MEDISEPT Dry Wipes, suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Duo Wipes, chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w zakresie pakietu nr 8 poz. 1 produktu równoważnego typu Velodes Skin, preparatu alkoholowego do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk w postaci płynu na bazie mieszaniny alkoholi (80 g etanol, 8 g propan-2-ol)? Zawiera w składzie substancje pielęgnujące (dpanthenol, gliceryna). Preparat nie zawiera substancji fenolowych, jodu oraz jego związków, kompatybilny z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Spektrum i czas działania: Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio) do 30 sekund. Opakowanie: 500 ml.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w zakresie pakietu nr 8 poz. 3 produktu równoważnego typu Velodes Soap, emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała? Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w zakresie pakietu nr 8 poz. 5 produktu równoważnego typu Velodes Gel, alkoholowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający w składzie etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g? Zawierający w składzie glicerynę oraz substancje zapobiegające uczuciu lepkości dłoni. przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Op. 500 ml ,kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w zakresie pakietu nr 9 poz. 1 produktu równoważnego typu Velodes Soap, emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała? Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w zakresie pakietu nr 9 poz. 2 produktu równoważnego typu Velodes Gel, alkoholowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający w składzie etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g? Zawierający w składzie glicerynę oraz substancje zapobiegające uczuciu lepkości dłoni. przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Op. 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym sond USG? Bez zawartości alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]- omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego:

B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota – 15 min. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym sond USG? Bez zawartości alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]- omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota – 15 min. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Duo Wipes, chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o

wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Velox Duo Wipes, chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: wkład do puszki 100 szt. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. § 4 ust. 2.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw natychmiastowych z 24 do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Tak, patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie.

Pytanie 41

Pakiet 11

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie mieszaniny nadtlenu wodoru, kwasu nadoctowego i kwasu octowego, przeznaczony do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i termolabilnych wyrobów medycznych. Działający bójczo na: B, Tbc, F, V, S (B.subtilis, B.cereus, C.difficile) w czasie 5 minut, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, kontrolowaną za pomocą pasków testowych. Opakowanie 4800ml + 200 ml, paski kontrolne 100 sztuk?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42

Pakiet 11

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny paski testowe 100 sztuk, kompatybilne z preparatem z pozycji 1?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 43

Pakiet 15

Czy zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone preparatem na bazie nadtlenu opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile - czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie w tubie ze szczelnym zamknięciem, ilość 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 44

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., dodatkowo przebadany zgodnie z EN 16615 w zakresie bakterio i drożdżakobójczości, pakowane w opakowania typu tuby/ wkład w rozmiarze 20cm x 25cm, konfekcjonowane po 100sztuk

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 45**Pakiet 18**

Czy zamawiający w poz. 1, 2 dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Zawierające w swoim składzie etanol (70g). spektrum działania: B, F, Tbc (EN 14348) - 1 minut aktywność wobec wirusów: adeno, noro, rota, vaccinia, HIV/HBV/HCV - 30 sekund, polio - 5 minut. Chusteczka o wymiarach 13cmx19cm. Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 46**Pakiet 11**

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie mieszaniny nadtlenu wodoru, kwasu nadoctowego i kwasu octowego, przeznaczony do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i termolabilnych wyrobów medycznych. Działający bójczo na: B, Tbc, F, V, S (B.subtilis, B.cereus, C.difficile) w czasie 5 minut, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, kontrolowaną za pomocą pasków testowych. Opakowanie 4800ml + 200 ml, paski kontrolne 100 sztuk?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 47**Pakiet 11**

Pozycja 2-Czy zamawiający dopuści do oceny paski testowe 100 sztuk, kompatybilne z preparatem z pozycji 1?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 48**Pakiet 11**

Pozycja 3-Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji endoskopów o działaniu sporobójczym na bazie 2% aldehydu glutarowego z możliwością stosowania do 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) - 15 min, czas działania dla spektrum poszerzonego o S (spory) - 30 min?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 49**Pakiet 11**

Pozycja 5- Czy zamawiający dopuści do oceny wanienkę do dezynfekcji z sitami o pojemności 5l?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 50**Pakiet 11**

Pozycja 6- Czy zamawiający dopuści do oceny wanienkę do dezynfekcji z sitami o pojemności 1l?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51**Dotyczy pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki, które w wymaganym spektrum w warunkach brudnych działają w stężeniu 1 tabl.- 2000 ppm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający informuje, że równocześnie zmienia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.11.2024 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 19.11.2024 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 19.11.2024 roku godz. 09:00

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

*Z poważaniem,
Sekcja Zamówień Publicznych*