

**dot. sprawy: 34/ZP/2024**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do gastrokopii** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 8

1. Czy Zmawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości ramienia 9 mm.
2. Czy Zmawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm, szerokość otwarcia łyżeczek 6 mm.
3. Czy Zmawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1800 mm, szerokość otwarcia łyżeczek 6 mm.
4. Czy Zmawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości otwarcia łyżeczek 6 mm.
5. Czy Zmawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 8,5 mm, kąt rozwarcia 90 stopni i o długości ramion 9 mm, kąt rozwarcia 135 stopni.

**Odpowiedź:**

1. **Nie.**
2. **Nie.**
3. **Tak.**
4. **Tak.**
5. **Nie.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 10

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach 21 mm x 26 mm, z gumką tekstylną.
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 4 mm i 6 mm (do wyboru).

**Odpowiedź:**

1. **Tak.**
2. **Tak.**
3. **Nie.**

**Pytanie 3**

Pakiet 4 Czy zamawiający dopuści?

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne z możliwością biopsji stycznej; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej, gładkie krawędzie, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1800 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Dopuszcza się przeliczenie ilości w opakowaniu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet 7 Czy zamawiający dopuści?

Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, "szczęki aligatora", minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 230 cm, 10 sz. w opakowaniu

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

Pakiet nr 16 Czy zamawiający dopuści ?

POZ 1 samorozprężalny stent nitinolowy niepokryty w długości od 80mm reszta zapisu bez zmian

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

**Dot. Pakietu nr 2 poz. 3:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie siatki z poliestru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięzionych kawalków pożywienia o wymiarach 35 mm x 60 mm, średnicy osłonki 2,6 mm i długości narzędzia 230 cm ? Narzędzie kompatybilne z posiadaną średnicą kanału endoskopu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 3:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej, kolonoskopowej jednorazowego użytku do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego o kształcie heksagonalnym i szerokości pętli 15 mm i 25 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 8**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 4:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej 1.8 mm jednorazowego użytku o kształcie półksiężycowatym, średnicy pętli 20 mm i długości narzędzia 1600 mm ?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 9**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 4:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej 2.35 mm jednorazowego użytku o kształcie półksiężycowatym, średnicy pętli 25 mm i długości narzędzia 2300 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10**

**Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy bez podania przyczyn niewykonania z 50% na 70% ogólnej wartości umowy brutto?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 11**

**Dotyczy warunków umowy § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego i wprowadzeniu go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 12**

**Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„ ... terminie 6 dni roboczych od podpisania umowy”?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 13**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., 7% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 14****Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1.2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 15****Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 16**

Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach; polietylenowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm i 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

Pakiet nr 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt wyłącznie owalny, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3-0,41 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18**

Pakiet nr 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 10mm,15mm;30mm średnica drutu 0,3mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19**

Pakiet nr 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt owalny; szerokość pętli 10 mm,15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20**

Pakiet nr 5, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,41 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych gotowych do użycia sterylnych pakietach?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21**

Pakiet nr 5, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki o objętości 7,6 mm<sup>3</sup>, "szczęki aligatora" z igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach, polietylenowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22**

Pakiet nr 7. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki gładkie, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, długość narzędzia 230 cm, 10 sz. w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23**

Pakiet nr 10, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy standardowy ustnik z gumką tekstylną? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

Pakiet nr 10, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25**

Pakiet nr 10, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancierz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

**Odpowiedź: Nie.**

Sekcja Zamówień Publicznych

Zuzanna Koryzma