

Kraków, 13.10.2025 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 104/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę Automatem systemu zawiadującego przestrzenią niskich temperatur repozytorium z jednostką mrożącą kompatybilny z systemem archiwizacji próbek i danych - 1kpl**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

I Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości zewnętrznej 1304 mm i wysokości (ze stelażem) 2033 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby filtry HEPA w komorze laminarnej miały 11 cm grubości? Takie rozwiązanie pozwala na znacznie dłuższe użytkowanie filtrów a tym samym obniżenie kosztów użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych 1200 x 700 x 480 mm (szer. x wys. x gł.)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą przednią pochyloną pod kątem 7°?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające wskaźnika stanu filtrów?

Odpowiedź: Tak, ale zamawiający wymaga aby komora posiadała system alarmowy informujący o zbyt niskich przepływach powietrza w komorze, a co za tym idzie konieczności wymiany filtra.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści komorę bez portów na kable i instalacje?

Odpowiedź: Tak, jednak zamawiający wymaga, aby komora posiadała niezbędne kable do podłączenia do instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści instalację komory przez serwis nieposiadający certyfikatów PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie montażu i serwisu wyposażenia laboratoriów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania przez serwis instalacyjny certyfikatów, aczkolwiek wymaga, aby komora posiadała odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Pytanie nr 8

Fluorescencyjny automatyczny analizator komórek – 1 sztuka:

Czy Zamawiający dopuści licznik o polu pomiaru 3,4 mm²?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści system, który nie wymaga do pomiarów żadnych materiałów zużywalnych jak slajdy, nie wymagający również slajdu referencyjnego? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu w znaczny sposób obniżyć koszty związane z późniejszym używaniem licznika komórek.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści licznik o długości fali wzbudzenia 470 nm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści licznik o wymiarach 37 cm głębokości, ale 21 cm szerokości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wyboru objętości użytej próby (5, 10 albo 40 µl) w zależności o stężenia i wielkości komórek bez konieczności dodatkowych fizycznych operacji wykonywanych przez Użytkownika (tylko w software)? Dzięki takiemu zabiegowi zakres wielkości komórek może wynosić od 4 µm do 400 µm.

Odpowiedź: Tak

Warunki gwarancji i serwisu:

Pytanie nr 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego wynosił 7lat?

Jest to standardowy okres dla dostępności części zamiennych, zapewniony przez producentów oferowanych urządzeń

Odpowiedź: Tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na zgłoszoną awarię – przyjazd na wezwanie wynosił 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy wynosił max. 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 15 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pozycji 230 OPZ – prace remontowe:

W pozycji 230 OPZ zamawiający wyszczególnił konieczność wykonania drobnych prac remontowych. Prosimy o doprecyzowanie i podanie szczegółowego zakresu tych prac, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztu remontu, co ma wpływ na cenę końcową oferty

Odpowiedź: Zakres prac został zawarty w OPZ, cytując „Wykonawca zapewni meble niezbędne do utworzenia pracowni oraz przeprowadzi drobne prace remontowe m.in. odmalowanie ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji niezbędnych do podłączenia sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta (jeśli konieczne), obowiązkowa wizja lokalna.”

Doprecyzowując, do pomalowania są pionowe okładziny z płytek ceramicznych (wysokość około 210cm), oraz odmalowanie ścian i sufitów ponad okładzinami.

Dodatkowo, wymagane jest przywrócenie do stanu zastanego, korytarza oraz klatki schodowej po wykonaniu instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 17

Zwracam się z pytaniami do poz. II: Mikrowirówka nablatowa:

Czy dopuszczą Państwo urządzenie z certyfikatem CE?, certyfikaty CSA oraz UL to certyfikaty uznawane w Kanadzie oraz USA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 18

Czy dopuszczą Państwo urządzenie o wymiarach 14,5 x 20,8 x 24,5 (wys x szer x gł) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 19

Czy dopuszczą Państwo urządzenie o masie netto 4.4 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 20

Czy dopuszczą Państwo urządzenie o poziomie hałasu 56dB ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Równocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.10.2025 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 20.10.2025 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 20.10.2025 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ I (na czerwono zmiany)