

Kraków, 17.10.2025 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 106/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Dostawa sprzętu medycznego cz. I, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

PAKIET 29 Czy Zamawiający W PAKIECIE 29 wyrazi zgodę na 6-cio miesięczny okres gwarancji dla głowicy do fakoemulsyfikacji?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

PAKIET Nr 3

Chirurgia piersi – 1kpl 44.

45. *Nożyczki Mayo, proste, standardowe, dł. 170 mm*
46. *Nożyczki preparacyjne typu Metzgenbaum, zagięte, dł. 150 mm*
47. *Peseta chirurgiczna Gillies, nieutwardzana, zębki 1x2, końcówki robocze ryflowane poprzecznie, dł. - 150mm*
50. *Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, zagięte, część robocza ryflowana, dł. 160mm*
52. *Imadło Crile-Wood, brązowe robocze ryflowane, dł.150 mm*
53. *Imadło Crile-Wood, brązowe robocze ryflowane, dł.150 mm*
54. *Haczyk Joseph delikatny dwuzębny szerokość 10 mm długość 160 mm*
55. *Haczyk Kilner jedno zębny ostry dł 155 mm*
56. *Hak operacyjny dwustronny typ FARABEUF fig.1 dł 150 mm 26mmx16mm figr.1 27mmx16mm 30 mm x16 mm*
57. *Hak operacyjny typ Volkmann sześciozębny półostrny 10X28 mm dł 22cm*
58. *Hak Langenbeck-Kocher, szerokość łopatki 15x80 mm, ażurowa rękojeść, dł. całk. 210 mm*
60. *Kleszcze chwytno do tkanek Allis, zębki 4x5, dł. całk. 150 mm*
65. *Imadło Crile-Wood, brązowe robocze ryflowane, dł.150 mm*
66. *Delikatny haczyk jednozębny Joseph, ostry, szerokość części roboczej 4 mm, dł. całk. 160 mm*
68. *Łyżka kostna Uffenorde, odgięta w lewo pod kątem 45°, dł. 170 mm*
70. *Skrobaczka ostra Halle, elastyczny szafit, prosta, fig. 2, szer. 5 mm, dł. całk. 210 mm*
72. *Nożyczki chirurgiczne, zakrzywione, wersja Supercut, z mikrozębkami, oszlifowane jedno ostrze, śrubka w kolorze złotym, dł. 145 mm*
73. *Imadło Hegar, wzór mocny, szczytki ryflowane krzyżowo, bez teźki, łączenie bransz na śrubę, z zapinka, dł. całk. 170 mm*
75. *Imadło Mayo-Hegar, utwardzane, brązowe z węglików spiekanych, ryflowane krzyżowo, rękojeść w kolorze złotym, dł. 200 mm*
76. *Imadło Hegar, wzór mocny, szczytki ryflowane krzyżowo, bez teźki, łączenie bransz na śrubę, z zapinka, dł. całk. 200 mm*
82. *Kleszcze naczyniowe typu Pean-Baby, zagięte, końcówka robocza ryflowana, dł. 140 mm*
86. *Kleszcze naczyniowe Rochester-Ochsner, 1x2 zębki, proste, końcówki robocze ryflowane, dł. 180 mm*
89. *Trzonek do ostrzy wymiennych fig. 4L, dł. 210 mm*

91. *Nożyczki chirurgiczne, zakrzywione, wersja Supercut, z mikroząbkami, oszlifowane jedno ostrze, śrubka w kolorze złotym, dł. 145 mm*
96. *Peseta typu Gruenwald, wygięta, chirurgiczna, ząbki 1x2, dł. 160 mm*
100. *Kleszcze chwytne Duval, bransze robocze o przekroju trójkątnym, szerokość 20 mm, dł. całk. 200 mm*
101. *Kleszczyci Jelitowe atraumatyczne proste DUVAL dł 200 mm szer. 20 mm - dł. 195 mm*
102. *Kleszcze chwytne jelitowe i tkankowe Allis, 5x6 zębów, dł. 150 mm*
104. *Sonda Lockhart Mummery, fig. 2, zagięta pod kątem 15°, dł. 160 mm*
106. *Sonda nosowa typ KILLIAN śr. 1,5 mm dł. 170mm*
105. *Sonda dwustronna zakończona ołówkami śr. 1,2 mm dł. 150mm lub Sonda dwustronna zakończona ołówkami śr 1.5 mm i długości 1,2 mm 150mm*
107. *Delikatny haczyk czterozębny, jednostronny, ostry, wąski o szerokości części roboczej 11 mm, dł. całk. 160 mm*
108. *Hak operacyjny dwustronny typ FARABEUUF fig.1 dł 120 mm 26mmx110mm 30mm x 12 mm fig. 230 mm x10mm 34 mm x12 mm*
112. *Wziernik typu Sims, dł. 160 mm, wykonanie Medicon*
113. *Wziernik doodbytniczy Pratt, z regulacją, łopata pełna, wklęsła w części środkowej, dł. całk. 210 mm lub Wziernik odbytniczy typ PRATT długość części roboczej 80 mm szer. 25 mm dł narzędzia 205mm*
114. *Narzędzie do podwiązywania hemoroidów Rudd o dł. 270 mm wraz ze stożkiem do zakładania gumek*
115. *Endolaryngologiczny mikrobaczyk, tępy, dł. 240 mm, bez rączki*
116. *Sona Lockhart Mummery, fig. 2, zagięta pod kątem 15°, dł. 160 mm*
117. *Sonda do przetok typ LOCKHART_MMUMERY fig. 2 zakrzywiona pod kątem 90 stopni dł.160 mm*
118. *Sonda Lockhart Mummery, fig. 1, prosta, dł. 160 mm*
119. *Kleszcze naczyniowe typu Allis, bransze atraumatyczne, z ząpkiem, dł. 190 mm*
120. *Łyżka maciczna typ SCHROEDER ostra fig. 2 główka owalna szer. 8mm dł. 300 mm*
122. *Łyżka ginekologiczna Schroeder, fig. 4, szerokość 11 mm, dł. 300 mm*
- Pozycja łączona dla 123-124 *Kontener sterylizacyjny wersja 2.0 (wanina i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażony w filtr labiryntowy, barierony, wym. kontenera: 290 x 290 x 130 mm (długość x szerokość x wysokość) - dł. 300 x274 x120mm*
125. *Kosz druciany ze stali nierdziennej do kontenerów sterylizacyjnych o wymiarach 240x255x50 mm, z rączkami*

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający przy opisie przedmiotu kierował się wewnętrznym zapotrzebowaniem i wskazaniami leczniczymi o obiektywnym charakterze.

Pytanie nr 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

1) 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

1) 0,2 % wartości brutto wadliwej części Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 6 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia;

2) 0,1 % wartości brutto wadliwego sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy;

3) 0,1 % wartości brutto urządzenia wymagającego naprawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy **(o ile dotyczy)**;

4) **50,00 zł** brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności :

a) szkolenia, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu Zamawiającego **(o ile dotyczy)**, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) szkolenia ponad termin uzgodniony **(o ile dotyczy)**;

b) przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Kupującym licząc od wezwania Kupującego w tym zakresie, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) bezpłatnego przeglądu ponad termin uzgodniony z Kupującym **(o ile dotyczy)**;

c) wykonania w okresie gwarancji przeglądu/-ów przedmiotu umowy, licząc od – w przypadku braku inicjatywy Sprzedającego - wezwania Kupującego w tym zakresie,

d) dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 3 ust. 4 i § 13 ust. 2;

e) wynikających z Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), a nie ujętych powyżej,

5) 10 % niezrealizowanej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 1).

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

1. Czy czas reakcji serwisu, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt.1 rozumiany jest jako kontakt telefoniczny z użytkownikiem w celu określenia zakresu usterki i ustalenia dalszego toku postępowania?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 7 ust.2 pkt.2, jak poniżej?

2. O ile postanowieniami załącznika nr 1 do SWZ nie stanowią inaczej, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:

2) dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: 120 godzin przypadających w dni robocze, ~~od momentu zgłoszenia usterki / wady;~~ **od daty dostarczenia narzędzia do siedziby Wykonawcy.**

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1176 dopuści System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów ? :

- mankiet na stopę

- mankiet na podudzie -goleniowe, sekwencyjne

- mankiet na podudzie i udo (na całą kończynę - w katalogu producenta opisane jako udowe), sekwencyjne

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1177 dopuści aparat z automatycznym doбором czasu ucisku, ciśnień i opóźnienia (czas przerwy pomiędzy kolejnymi uciskami)?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1178 dopuści aparat kompatybilny z mankietami sekwencyjnymi (producent nie oferuje mankietów jednokomorowych, gdyż są one nieefektywne względem mankietów sekwencyjnych biorąc pod uwagę publikacje badań

ogólnoświatowych w tym temacie w medycznych pismach branżowych)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1179 dopuści mankiety na całą kończynę (na podudzie i udo), określane jako udowe, trzykomorowe ze stopniowaniem ucisku 45 – 40 – 30 mmHg w czasie 11s ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SIWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1180 dopuści mankiety na całą kończynę (na podudzie i udo), określane jako udowe, sekwencyjne, trzykomorowe ze stopniowaniem ucisku 45 – 40 – 30 mmHg w czasie 11s ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1181 dopuści mankiety na stopę z uciskiem 130 mmHg w czasie 5s ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1182 dopuści aparat z czasem opróżnienia mankietów (przerw pomiędzy uciskami) na podudzie oraz na całą kończynę (udo i podudzie) ustalany automatycznie w zależności od stanu Pacjenta (czasu powtórnego wypełnienia żył) w zakresie od 20 do 60 sekund ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1183 dopuści aparat z czasem opróżnienia mankietów na stopę ustalany automatycznie w zależności od stanu Pacjenta (czasu powtórnego wypełnienia żył) w zakresie od 20 do 60 sekund ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1185 dopuści aparat z przewodami powietrznymi które można odłączyć – wymienić w razie potrzeby. Połączone z pompą w dwa gniazda oznaczona jako A i B dla ich identyfikacji?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1186 dopuści aparat z przewodami powietrznymi o długości 2.1m które można łączyć ze sobą w przypadku konieczności zwiększenia ich długości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1188 dopuści aparat wyświetlający informację o rodzaju podłączonego mankieta w formie graficznej prezentacji?

Urządzenie nie podaje informacji o ciśnieniach w mankiecie, gdyż one są stale zależne od rodzaju mankieta jaki wykryje urządzenie.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

12. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1190 dopuści aparat z funkcją wskaźnika zgodności: górna liczba oznacza godziny i minuty pracy regulatora, dolna liczba pokazuje całkowitą liczbę godzin od zresetowania wskaźnika zgodności?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

13. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1191 dopuści aparat wyposażony w alarm dźwiękowy na wypadek: usterki urządzenia, niskiego lub wysokiego ciśnienia (co może być spowodowane zagięciem, zatkanie czy nieszczelnością przewodów powietrznych), błędu temperatury (niskiej i wysokiej), błędu niskiego poziomu naładowania akumulatora? Dodatkowo na ekranie wyświetlany jest kod błędu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1192 dopuści aparat wyposażony w baterię pozwalającą na ciągłą pracę do 8h niezależnie od typu mankietów?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1196 dopuści aparat o wymiarach 17,3cm x 19,6cm x 11,4 cm (przy postawieniu na podnóżku) lub 18,5 cm (wolnostojący)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1197 dopuści aparat o wadze 2.3kg?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

17. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1200 dopuści aparat bez portu USB?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

18. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1201 dopuści aparat z ochroną przed wnikaniem wody: przed natryskiwaniem wodą IP23 (wg EN 60529)?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1202 dopuści aparat z mankietami na podudzie – goleniowe dostępne w trzech rozmiarach, dla typu Comfort: małe, średnie, duże lub dla typu Express: średnie, duże, b. duże?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

20. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1203 dopuści aparat z mankietami na całą kończynę (na podudzie i udo) określane jako udowe dostępne w rozmiarach, dla typu Comfort: b.małe, małe, średnie, duże lub dla typu Express: małe, średnie, duże?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

21. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1204 dopuści aparat z mankietami na stopę w dwóch rozmiarach: zwykle, duże?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

22. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1208 dopuści aparat, który generuje ucisk – w przypadku mankietów na nogę: sekwencyjny, gradientowy, obwodowy?

Kontroler steruje 3 niezależnymi komorami w każdym mankiecie (łącznie 6 komorami)?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

23. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1210 dopuści

aparat z potrójną rurą wlotową powietrza, ponieważ kontroler steruje maksymalnie z 3 niezależnymi komorami w każdym mankiecie dla mankietów na kończynę (goleniowe i udowe)?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

24. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1211 dopuści aparat bez możliwości mocowania pompy do wieszaka na kroplówkę? Urządzenie działa albo w pozycji poziomej albo umożliwia powieszenie poprzez użycie obrotowego haka łózkowego.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

25. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 odnośnie parametrów SWZ wymienionych w tabeli w pozycji 1212 dopuści aparat z pakietem startowym:

- mankiety uciskowe sekwencyjne goleniowe typu Comfort rozmiar średnie (obwód łydki 35.6 do 53.3 cm) lub duże (obwód łydki 53.3 do 66.0 cm) do wyboru przez Zamawiającego – 10 kpl

- mankiety uciskowe sekwencyjne na całą kończynę (na podudzie i udo) określane jako udowe typu Comfort rozmiar średnie (obwód górnej części uda 55.9 do 71.1 cm) lub duże (obwód górnej części uda 71.1 do 91.4 cm) do wyboru przez Zamawiającego – 10 kpl

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań, Pakiet nr 6 - kardiomonitor mobilne – 2 kpl

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fabrycznie nowe, nierekondycjonowane kardiomonitor z rokiem produkcji 2024?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Dotyczy: § 5 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 2 wzoru umowy na: „Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, regulację oraz kalibrację urządzenia po zakończeniu gwarancji podstawowej na każde żądanie Kupującego, w zakresie jaki dopuszcza producent urządzenia”?

Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za których poprawne działanie wykonawca, będący przedstawicielem producenta, ponosi odpowiedzialność produktową. Dostęp do kodów źródłowych, instrukcji serwisowych pracownicy wykonawcy otrzymują po dobiecju specjalistycznych szkoleń w laboratorium producenta. Brak takiej wiedzy może stanowić ryzyko dokonania zmian w parametrach oraz konfiguracji urządzeń, które to mogą w negatywny sposób wpłynąć na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy urządzenia. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia pacjenci lub personel obsługujący mogą odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty punkt 2 podpunkt 7 oraz załącznik nr 4 do SWZ – Umowa - § 13 ust. 1

Pytanie 3. Prosimy o dopuszczenie modyfikacji punktu 7 Formularza oferty oraz stosownie §13 ust. 1 projektu umowy na: „7. zaoferowany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE

oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami z zastrzeżeniem, że w zakresie pakietu nr 15, Zamawiający wymaga zgodności z wymaganiami wskazanymi w tym pakiecie w załączniku nr 1 do SWZ; (**dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia, które tego wymagają**)”.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1783

Prosimy o podanie numeru katalogowego kleszczy obecnie stosowanych przez Zamawiającego lub podanie numeru referencyjnego, co umożliwi zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego, z oczekiwaniami Zamawiającego.

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1784

Czy Zamawiający dopuści szpatulkę o długości 15 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1785

Czy Zamawiający dopuści dźwignię o długości 20 cm i szerokości części roboczej 8mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1790

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 26cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1791

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 14cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1805-1808

Czy Zamawiający dopuści raspator o długości 21 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1811

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 16cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1812

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 16cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1815-1818

Czy Zamawiający dopuści łyżeczki o długości 21 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1819

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz o długości 23 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1822

Czy Zamawiający dopuści hak o długości 23cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1824

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz o długości 23 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1825

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz o długości 18 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1825

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typu Bane, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1826

Czy Zamawiający dopuści prosektor o długości 19 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1830

Czy Zamawiający dopuści wanny o wymiarach 465x250x100mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38 pkt. 1830

Czy Zamawiający dopuści wanny o wymiarach 465x250x135mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 38, zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy? W przeciwnym wypadku, czy Zamawiający jest w stanie doprecyzować datę zawarcia umowy, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych terminów przed jej podpisaniem?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ (dotyczy wszystkich pytań sklasyfikowanych w pytaniu nr 7).

Pytanie nr 8

Dot. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę zabiegową o poniższych parametrach?

Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach. Kółka z blokadą.

Natężenie oświetlenia - 100.000 lux

Temperatura barwowa – 4,500

Wskaźnik odwzorowania barw CRI – 91 Ra

Wskaźnik R9 - 90

Średnica plamy świetlnej z odległości 1m – 19 cm

Średnica pola oświetlenia d50 – 95 mm

Średnica pola oświetlenia d10 – 160 mm

Głębokość oświetlenia L1 + L2 przy 20% - 150 cm

Średnica czaszy – 40 cm

Średnica czaszy bez uchwyty – 31 cm

Grubość czaszy – 7 cm (+/-3mm)

Ochrona IP – 20

Powierzchnia emisji światła – 305 cm²

Pierwotne napięcie przemiennie – 100-240 Volt ac

Częstotliwość – 50/60

Pobór mocy – 20 W

Ilość diod led – 12

Żywotność światła diodowego led – 60.000 h

Regulacja natężenia światła – 20-100%

Oslona diod LED wykonana ze szkła bezpiecznego

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

PYTANIE 1. dot. Pkt. 811 Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz \pm 100 Hz?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

PYTANIE 2. dot. Pkt. 813Wartość natężenia emitowanej fali ultradźwiękowej \leq 3 mW/cm²

Czy Zamawiający dopuści wartość natężenia emitowanej fali ultradźwiękowej natężenie 2,77 \pm 0,56 mW/cm² ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

PYTANIE 3. Dot. pkt. od 844 do 854 - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie składania ofert nie oczekuje zaoferowania moduły do teletransmisji do głowic bezprzewodowych tylko możliwość rozbudowy w przyszłości?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza

PYTANIE 4. Dot. pkt. 858- Proszę o potwierdzenie, że w związku z możliwością rozbudowy aparatu KTG o moduł bezprzewodowy Zamawiający oczekuje głowic przewodowych TOCO do każdego z oferowanych aparatów KTG

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

PYTANIE 5. dot. Pkt. 857 Do jednego aparatu:Głowica przewodowa US do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) - 1 szt

Do drugiego aparatu: Głowica przewodowa US do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) - 1 szt

Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z oferowanych aparatów KTG posiadał głowice do monitorowania ciąży bliźniaczej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 10

TERMIN PŁATNOŚCI

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Umowa § 7 ust. 2 pkt. 1 oraz zał. 1 ZZ. OKRES GWARANCJI, poz. 104, Pakiet 18

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 72 h.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Umowa § 7 ust. 2 pkt 3 oraz zał. 1 Pakiet 18

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na usunięcie wszystkich usterek / wad przedmiotu zamówienia do 120 godzin, przypadających w dni robocze.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pakiet 18

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 7 tygodni od daty zawarcia umowy. Pragniemy zauważyć, że przy takiej ilości sztuk termin produkcji może ulec wydłużeniu.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pakiet 18, umowa § 7 ust. 3 oraz zał. 1 (ZZ. OKRES GWARANCJI, poz. 103)

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 18, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odpowiedź : w przypadku gdy producent nie wymaga przeglądów należy stosowną informację wpisać w warunku oferowanym.

Pakiet 18 Wózek ratunkowy – 18 kpl.

1. Poz.985_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o głębokości bez wyposażenia dodatkowego wynoszącej 594 mm, przy spełnieniu wymagań dotyczących szerokości i wysokości wózka.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

2. Poz.986_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wysokości szafki (bez blatu i bazy) wynoszącej 725 mm, przy spełnieniu wymagań dotyczących szerokości i głębokości szafki.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

3. Poz. 988_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o powierzchni użytkowej szuflady (szer. x gł. x wys.):

- przy wysokości frontów 3 x 156 mm: 355x410x140 mm

- przy wysokości frontów 1 x 236 mm: 355x410x220 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

4. Poz. 991_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- szafki (wózka) z panelu kompozytowego z aluminium – alupanela (o konstrukcji aluminium-polietylen-aluminium), malowanego proszkowo (6 kolorów do wyboru), który jako materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że ma właściwości wygłuszające, nie chłonie wilgoci, minimalizuje wibracje,

- szuflad wózka wykonanych w całości z termoformowanego ABS w kolorze szarym, bez szczelin i łączeń, co zapewnia umożliwia łatwe czyszczenie, dezynfekcję, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Zamawiający ma możliwość wyboru kolorów dla nakładek na uchwyty szuflad, dostępnych w 11 kolorach.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

5. Poz. 992_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie blatu szafki z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczonego z 3 stron bandami o wysokości 48mm. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

6. Poz.993_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytów szuflad bez ostrych krawędzi, na całej długości szuflady, stanowiących jej integralny element, wykonane (jak szuflady) z ABS, wyposażone w nakładkę z ABS, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, dostępną w 11 kolorach do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

7. Poz.995_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie wysuwanego blatu bocznego wysuwanego z lewej strony wózka, wykonanego z wytrzymałego tworzywa ABS o wym. 413x561x26 mm (długość użytkowa 390 mm). Funkcjonalność dla oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

8. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie odcinków szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonanymi ze aluminium, z narożnikami zabezpieczonymi specjalnym łącznikiem z tworzywa pozwalającym na zmianę wysokości szyny i dostosowanie umiejscowienia szyny do preferencji Użytkownika lub akcesoriów na niej wieszanych. Łącznik pozwala również na wypięcie / wpięcie szyny w kanały montażowe profili aluminiowe wózka. Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

9. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie 2 odcinków szyny instrumentalnej, z uwagi iż jest to wystarczająca ilość szyn, do zawieszenia wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia, przewidziane w oferowanym wózku z mocowaniem na szynę.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

10. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu z obręczą ze stali pokrytej specjalną powłoką zabezpieczającą przez korozją i ścieraniem, z pojemnikiem z tworzywa o wym. 280x180x130 mm, przeznaczony np. do dezynfekcji drobnego sprzętu, np. narzędzi ostrych, z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, o poj. ok. 3 litrów, z możliwością sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

11. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły z mocowaniem do szyny, wykonany ze stali pokrytej specjalną powłoką zabezpieczającą przez korozją czy ścieraniem. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

12. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie kosza na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj. 8 litrów.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, to nie, zgodnie z SWZ

13. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie półki pod defibrylator o regulowanych wymiarach 360-440x280 mm, obrotową o 360°, z blokadą obrotu.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

14. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu do butli z tlenem, ze stali, o wym. 80x175x350 mm, przystosowanego do butli o poj. 3-7l, średnicy maks. 150 mm, i wysokości 350 mm.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, to nie, zgodnie z SWZ

15. Poz.955_ProSIMy Zamawiającego o dopuszczenie deski do przeprowadzenia RKO z odpornego tworzywa sztucznego, bez profilowania. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, to Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

16. Poz.955_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzech uchwytów do przetaczania, wyprofilowanych w blacie wózka z trzech stron (po obu bokach i z tyłu) i stanowiących integralną część blatu z ABS, w kolorze szarym. Jest to lepsze i wygodniejsze rozwiązanie, od wymaganego, gdyż uchwyt do prowadzenia umieszczony z frontu wózka może utrudniać swobodne korzystanie z szuflady nad którą jest umieszczony.

Odpowiedź : jeśli pytanie odnosi się do poz. 995, to nie, zgodnie z SWZ

17. Poz.956_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aby dodatkowe akcesoria montowane były za pomocą specjalnych wyprofilowanych uchwytów zintegrowanych z danym akcesorium lub uniwersalnym przykręcanym uchwytem. Oba rozwiązania zapewniają stabilność mocowanych akcesoriów, nie odkształcają się podczas użytkowania, blokują przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na oferowanej szynie na akcesoria o przekroju 10x25 mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka posiadającego w standardzie 3 uchylne transparentne kieszenie boczne z lewej strony wózka, z przeznaczeniem na umieszczenie wyposażenia. Dzięki temu rozwiązaniu wózek jest jeszcze bardziej funkcjonalny.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny, którego wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego wynoszą:

-szerokość 650 mm

-głębokość 475 mm

-wysokość od podłoża do blatu wynosi 970 mm

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny o wymiarach szafki bez kół:

-szerokość 650 mm

-głębokość 475 mm

-wysokość 830 mm

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w **5 szuflad**, których wysokość frontu wynosi: **jedna szuflada 23 cm** oraz **cztery szuflady 11 cm** ?

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny, o wymiarach szuflad:

1 szuflada: wys. 23 cm - powierzchnia wewnętrzna szuflady: 48x36cm wys: 23

4 szuflady: wys. 11 cm - powierzchnia wewnętrzna szuflady: 48x36cm wys: 11

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny którego szafka: ścianki boczne i tylna wykonane są z lekkiego kompozytu aluminiowego w kolorze szarym a szuflady aluminiowe lakierowane są proszkowo w kolorze czerwonym lub niebieskim?

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka reanimacyjnego, którego **górnny blat roboczy wykonany jest z płyty ze stali nierdzewnej** (zamiast z tworzywa ABS) zabezpieczony brzegami zapobiegającymi wylewaniu się płynów. Blat otoczony z 3 stron relingami o wysokości 8 cm. Blat z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez minimum 10 lat

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny, którego **uchwyty szuflad wykonane są z szarego plastiku** o ergonomicznym kształcie?

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka reanimacyjnego JDEQJ, którego **konstrukcja podstawy jest wykonana z tworzywa ABS**, pełniąca funkcję zaokrąglonych odbojników w każdym narożniku, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.?

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z wyposażeniem:

- blat boczny wysuwany z prawej strony wózka, plastikowy o wymiarach: 380x350mm
- 4x odcinek szyny instrumentalnej do mocowania wyposażenia akcesoryjnego
- 1x druciany kosz do którego można włożyć rękawiczki lub ostre narzędzia
- 1x pojemnik na zużyte igły wkładany do drucianego kosza
- 1x wysuwany wieszak kroplówki z głowicą na 4 haczyki ,
- 2 x kosz na odpady z plastiku z pokrywą, o poj. 6 litrów każdy
- 1x półka pod defibrylator o wymiarze 360x280mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,
- 1x uchwyt do butli z tlenem lakierowany proszkowo na szary , przystosowany do butli o poj. 5l, dopuszczalne obciążenie 10 kg
- 1x deska do przeprowadzenia RKO z wyprofilowanego i odpornego tworzywa sztucznego
- 1x ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z prawej lub lewej strony wózka (do wyboru.?)

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek reanimacyjny którego dodatkowe akcesoria mocowane są za pomocą aluminiowo/plastikowych kostek o wymiarach około 10x10 mm, blokujące przesuwanie się sprzętu podczas jazdy.?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ (dotyczy wszystkich pytań skalsyfikowanych w pytaniu 11)

Pytanie nr 12

DOTYCZY PAKIETU 12 - Kardiotokograf

Pytanie 1 (dotyczy pkt 9 tabeli OPZ)

Czy przez zasilacz należy rozumieć kabel zasilający?

Odpowiedź : nie, należy się kierować definicją techniczną w/w pojęć

Pytanie 2 (dotyczy pkt 9 tabeli OPZ)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązanie równoważne w postaci kompaktowej obudowy z zasilaczem/kablem zasilającym odłączanym od aparatu. UZASADNIENIE: oferowany aparat posiada wbudowany akumulator. Odłączenie zasilacza/kabla zasilającego nie powoduje przerwania pracy urządzenia.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie 3 (dotyczy pkt 23 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 23 tabeli.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 4 (dotyczy pkt 28 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 28 tabeli.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 5 (dotyczy pkt 29 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z pkt 29 tabeli.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 6 (dotyczy pkt 30 tabeli OPZ)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparat KTG z niejednakowymi gniazdami głowic:

- głowice oznaczone odpowiednimi kolorami, identycznymi z kolorami gniazd. Dzięki temu nie ma możliwości pomylenia gniazda/głowicy. Głowice między aparatami można przenosić i stosować zamiennie.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 7 (dotyczy pkt 37 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania głowicę TOCO z zakresem pomiarowym: 0-100 względnych jednostek oraz funkcją ręcznego i automatycznego zerowania.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 8 (dotyczy pkt 45 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania szerokość papieru 151mm z użyteczną szerokością wydruku: 125 mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 9 (dotyczy pkt 49 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparat KTG z wydrukiem badania zawierającym:

- imię i nazwisko pacjentki,
- numer identyfikacyjny pacjentki (ID Pacjentki),
- prędkość wydruku,
- data, godzina badania (dd/mm/rrrr, gg:mm)
- nazwa placówki,
- wiek ciążowy.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu:

- wydruk sekund
- identyfikator głowicy.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 10 (dotyczy pkt 54 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rozwiązanie równoważne w postaci osobnego źródła zasilania dla modułu telemetry (nie z aparatu KTG).

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 11 (dotyczy pkt 57 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania szczelność głowic bezprzewodowych klasy IPX8 (wodoszczelne, bez pyłoszczelności).

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie 12 (dotyczy pkt 61 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania czas ładowania głowicy: 3,5 godz. (do 100%).

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie 13 (dotyczy pkt 62 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rozwiązanie równoważne: wyświetlanie na wyświetlaczu głowicy. informacji o stanie naładowania baterii telemetrii. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu w pkt. 62 – wyświetlanie na ekranie kardiokografu informacji o stanie naładowania baterii zasilającej telemetrię.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 7 **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy**. Prośba wynika z faktu, iż sama produkcja aparatu USG wynosi ok. 8 tygodni, w związku z czym na dzień dzisiejszy termin do dnia 28.11.2025 może być niemożliwy do realizacji. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż Zamówienie może zostać skierowane do produkcji w momencie podpisania umowy.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

2. **Dot. §8 ust. 4 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:** Wnosimy o zmianę § 8 ust. 4 projektowanych postanowień umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

*„Nie usunięcie przez Sprzedającego wad w terminie daje Kupującemu prawo powierzenia ich usunięcia autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. **Uzasadniony i udokumentowany** koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Sprzedający.”.*

Wykonawca może być zobowiązany do pokrycia jedynie uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych kosztów wykonania zastępczego.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

3. **Dot. §7 ust. 2, pkt. 4) wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:** Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: *„wymiany podzespołu na nowy **po 3 naprawach** gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;”.*

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

4. **Dot. § 11 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:** Odstąpienie od umowy jest środkiem **nadzwyczajnym**, który powinien być stosowany wyjątkowo w przypadku **poważnych i istotnych naruszeń zobowiązań umownych**. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że rozwiązanie kontraktu w trybie natychmiastowym nie może następować z powodu uchybień o charakterze drobnym czy incydentalnym, lecz wyłącznie wtedy, gdy naruszenie obowiązków przez jedną ze stron uniemożliwia lub w istotnym stopniu utrudnia osiągnięcie celu umowy.

Jednocześnie podkreślić należy, że przedmiotowy zapis w pkt 1) dotyczy sytuacji opóźnienia, które jest niezawinione, a zatem Sprzedający nie może ponosić z tego tytułu odpowiedzialności. Tym samym wnosimy o dostosowanie zapisu do zapisów kar umownych i zamianę opóźnienia w zwłokę.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: **„1. Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do prawidłowego wykonania Umowy w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym niż 7 dni, w przypadku**

- 1) ~~opóźnienia zwłoki~~ w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 w wymiarze przekraczającym 10 dni,
- 2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i braku dostarczenia, w ślad za tym, przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Kupującego, w terminie do 10 dni od daty pierwotnej dostawy;
- 3) ~~nienywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków szkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),~~
- 4) ~~nienywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),~~

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

5. **Dot. § 11 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:** Wnosimy o doprecyzowanie § 11 ust. 1 pkt 5) projektowanych postanowień umowy poprzez określenie w nim minimalnego terminu jaki musi wyznaczyć Zamawiający Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W obecnym kształcie zapis jest nieprecyzyjny i tym samym powoduje poważne ryzyko wyznaczenia najkrótszego z możliwych terminów tj. 1 dniowego, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Ponadto zapis ten stanowi podstawę do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1.

Przedmiotowe postanowienie prowadzi do nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy i narusza zasadę równości stron umowy, a także uniemożliwia precyzyjne oszacowanie potencjalnych konsekwencji finansowych i tym samym sporządzenie oferty w sposób zapewniający konkurencyjność i zgodność z zasadą uczciwej konkurencji.

Propozycja zapisu poniżej:

„1. Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

5) innego rodzaju nienależytego, zwinionego przez Sprzedającego, wykonania lub niewykonania Umowy, mimo wezwania Kupującego do jej prawidłowego wykonania we wskazanym przez Kupującego terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni roboczych.”

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

6. **Dot. § 12 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ:** Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych z 20% do 10% wartości umowy netto, co jest przyjętą praktyką rynkową. Albowiem zgodnie z Komentarzem do Prawa Zamówień Publicznych opublikowanym na stronie UZP: *„Ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surrogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu nien wykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego 6 źródła dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający powinien pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest do określenia limitu kar umownych, których mogą dochodzić strony. Dotyczy to zarówno kar nakładanych na wykonawcę, jak i zamawiającego. Oznacza to, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, które przewiduje w umowie zamawiający, musi zostać już określona w projektowanych postanowieniach umowy, tak aby przystępujący do postępowania wykonawcy mogli ocenić zakres, skalę i podstawę do wyliczenia ryzyka. Ustawodawca nie precyzuje górnej granicy wysokości kar umownych, przekazując tym samym uprawnienie do jej indywidualizowania zamawiającemu jako gospodarzowi postępowania. Określając górny limit kar umownych, zamawiający powinien jednak wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji.”*

Limit na poziomie 10% pozostaje powszechnie akceptowanym i rozsądnym zabezpieczeniem interesu

Zamawiającego. W większości kontraktów publicznych i prywatnych stosuje się limit kar w granicach 10 % wartości umowy, uznając go za wystarczający dla zabezpieczenia interesów zamawiającego. Obniżenie limitu kar umownych nie oznacza rezygnacji z egzekwowania odpowiedzialności – kary w wysokości do 10% nadal stanowią dotkliwe sankcje, które w pełni motywują do należytej realizacji umowy, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi stron. Obecny limit jest bardzo wygórowany i będzie negatywnie rzutował na ceny ofertowe.

Należy przywołać w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.11.2013 r., I CSK 124/13, w którego uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że *„żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę od umowy, może być potraktowane jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco wygórowanej. Wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci jej rażąco wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego, a wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy”.*

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II (na czerwono zmiany)