

dot. sprawy: 109/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów chirurgicznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Zapytania do Pakietu 1

Pytanie nr 1

W związku z zapisami SWZ (pakiet 1 pozycja 2 i 3), w których wymagane są trokary wyposażone w dwustopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań.

Zgodnie z naszą wiedzą techniczną, kranik dwustopniowy umożliwia zazwyczaj tylko dwie pozycje:

- otwarcie przepływu (wspólna pozycja dla insuflacji i desuflacji),
- zamknięcie przepływu (blokada).

Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie trokarów z takim właśnie rozwiązaniem, w którym insuflacja i desuflacja realizowane są w jednej pozycji (przy otwartym przepływie), a druga pozycja odpowiada blokadzie przepływu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

W związku z wymaganiami zaoferowania trokarów o średnicy 11 mm z redukcją 5–11 mm (pakiet 1 pozycja 2), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie trokarów, które na opakowaniu oznaczone są jako 10 mm, natomiast w dokumentacji technicznej (katalogowej) jako 10/11 mm.

Faktyczna średnica tych trokarów odpowiada 11 mm, co zapewnia pełną kompatybilność z narzędziami 10 mm, a zastosowana redukcja umożliwia pracę z narzędziami o średnicy 5–10/11 mm.

Prosimy o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie zostanie uznane za zgodne z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zapytania do Pakietu 4

Pytanie nr 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 2 pakietu 4 – trokarów, w których insuflacja i desuflacja realizowane są w jednej pozycji (przy otwartym przepływie), a druga pozycja odpowiada blokadzie przepływu gazu, spełniających wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź: Tak.

III. Zapytania do Pakietu 5

Pytanie nr 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 3 pakietu 5 worków do pobierania próbek jednorazowego użytku, poliuretanowych, z elastyczną obręczą wykonaną z drutu nitinol umożliwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon, średnica 10 mm, ergonomiczna rękojeść z 2 otwartymi uchwytami na palce. Dostępne w pojemnościach 200, 400, 800, 1200, 1500 ml. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i pojemność woreczka przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 2 pakietu 5 nożyczek laparoskopowych jednorazowego użytku o długości trzonu 33 cm, spełniających pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Pakiet 5 2. Jednorazowe nożyczki laparoskopowe typ Metzenbaum o średnicy trzonu 5 mm i długości trzonu 33 cm, obrotowy 360^o, z możliwością podłączenia koagulacji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 punkt 3) i 4) projektu umowy ustalających karę umowną za opóźnienie w dostawie na karę umowną za zwłokę (co oznaczałoby zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” we właściwym postanowieniu umownym).

Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Sprzedający na pisemne wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnioną osobę. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę”.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację obowiązku wskazanego § 10 ust. 8 i 9 projektu umowy i wskazanie, że Wykonawca może przedstawić przedmiotowe dokumenty/zestawienia/analizy, o ile jest to możliwe do zrealizowania w sposób pozwalający na zapewnienie ochrony tajemnicy jego przedsiębiorstwa?

Nadmieniamy, iż odgórne narzucenie Wykonawcy obowiązku przedstawienia przedmiotowych danych może zostać uznane jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Ponadto, brak analogicznego zobowiązania do udostępniania przedmiotowej dokumentacji może stanowić o naruszeniu zasady równości stron umowy i nieproporcjonalności obowiązków nałożonych wyłącznie na jedną stronę umowy o zamówienie publiczne.

Odpowiedź: Obowiązek ten zostanie spełniony w sposób pozwalający na zapewnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający nie przewiduje żadnych wyłączeń w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie kary umownej z § 10 ust. 9 projektu umowy, ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na jej zmniejszenie ze 100 złotych do 50 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się”.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1, 3, 5, 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 1, 3, 5, 7 dopuści wyroby pakowane po 3 sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakiet nr 8, poz. 2, 4, 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 2, 4, 6 dopuści wyroby pakowane po 12 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakiet nr 12, poz. 1, 2, 3, 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, poz. 1, 2, 3, 5 dopuści wyroby pakowane po 6 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakiet nr 12, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, poz. 4 dopuści wyroby pakowane po 3 sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakiet nr 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na realizację dostaw zestawów w jednostkach będących wielokrotnością 4 sztuk.

Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację transportu, co przekłada się na ograniczenie liczby przejazdów, zmniejszenie zużycia paliwa oraz redukcję emisji CO₂. Dodatkowo umożliwia efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i ograniczenie ilości opakowań zbiorczych, co wspiera działania proekologiczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie jednorazowych nożyczek laparoskopowych z trzonem o długości 33cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pętli endoskopowej z aplikatorem, długość nici 50cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 3 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, trokar 10 mm, o długości kaniuli 150 mm, bez redukcji, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 19

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, trokar 12 mm, o długości kaniuli 150 mm, posiadający podwójne uszczelki: zewnętrzną, zdejmowaną, samoregulującą się uszczelkę, która mieści instrumenty o średnicy od 5 mm do 12 mm, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 7 Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21**Pakiet nr 9 Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłkiem i manualną regulacją docisku tkanki o średnicach:

- 21 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm
- 24 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm
- 26 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm
- 29 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm
- 32 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm

Stapler posiada jedną rękojeść spustową. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego trokar jednorazowy laparoskopowy z przezroczystą karbowaną kaniulą 10 mm, dł.100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5- 10 mm, dwustronnie zaostrome jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar wyposażony w dwustopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji/desuflacji i blokady przepływu gazu. Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem mocującym wraz z informacją o pojemności balonika na złączu do jego napełniania. Wyraźne oznaczenie średnicy trokara na kaniuli i obturatorze.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego trokar jednorazowy laparoskopowy z przezroczystą karbowaną kaniulą 12 mm, dł.100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5- 12 mm, dwustronnie zaostrome jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar wyposażony w dwustopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji/desuflacji i blokady przepływu gazu. Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem mocującym wraz z informacją o pojemności balonika na złączu do jego napełniania. Wyraźne oznaczenie średnicy trokara na kaniuli i obturatorze.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego trokar jednorazowy laparoskopowy bezostrzowy z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, długość 130 mm, wyposażony w dwie uszczelki, Trokar wyposażony w dwustopniowy kranik.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 1 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego trokar optyczny jednorazowy laparoskopowy o średnicy 5-12 mm, dł. 100 mm, bez noża, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, bez otworu na obturatorze. Trokar wyposażony w dwustopniowy kranik. Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem mocującym wraz z informacją o pojemności balonika na złączu do jego napełniania. Wyraźne oznaczenie średnicy trokara na kaniuli i obturatorze.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 2 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego trokar jednorazowy laparoskopowy do mikrolaparotomii (metoda Hassona) o średnicy 5-12 mm, dł. 100 mm, posiadający stożek do fiksacji w powłokach brzusznych, wyposażony w dwustopniowy kranik z pozycjami insuflacji/desuflacji i blokady przepływu gazu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganego jednorazowe nożyczki laparoskopowe lekko zakrzywione o średnicy trzonu 5 mm i długości trzonu 33 cm, obrotowe 360°, z możliwością podłączenia koagulacji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 3 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego worek do pobierania próbek jednorazowego użytku, poliuretanowy, z elastyczną metalową obręczą (widelki kształtujące się w obręcz) umożliwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon, średnica 10 mm (o pojemności 250 ml, 350 ml oraz 1000 ml) lub 12 mm (o pojemności 1500 ml) , ergonomiczna rękojeść z 2 uchwytami na palce. Zamawiający każdorazowo określi pojemność worka przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści jako równoważną i tożsamą do wymaganego pętlę endoskopową z aplikatorem, wykonaną z nici plecionej, powlekanej, okres wchłaniania 60– 90 dni, grubość nitki „0”, długość 50 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 1 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 81 mm posiadający nóż w staplerze z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,5 mm, 4,0 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem. Możliwość zamknięcia staplera w pozycji pośredniej umożliwiające repozycjonowanie staplera na tkankach jedną ręką. Staplery pokryte czarną powłoką antyrefleksyjną. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 2 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganego ładunki tnąco-szyjące 81 mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,5 mm, 4,0 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 3 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w staplerze z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,5 mm, 4,0 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem. Możliwość zamknięcia staplera w pozycji pośredniej w celu repozycjonowania tkanki w staplerze przy użyciu jednej ręki. Staplery pokryte czarną powłoką antyrefleksyjną. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 4 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganego ładunki tnąco-szyjące 100 mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,5 mm, 4,0 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 5 dopuści jako równoważny i tożsamy do wymaganego stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, ręczna oraz automatyczna aktywacja ogranicznika tkanki, zabezpieczenie przed użyciem wystrzelonego ładunku, o wysokości zszywek 4,5 mm lub 3,5 mm. Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Staplery pokryte czarną powłoką antyrefleksyjną. Stapler dostępny również w wersji z nożem w rozmiarze 29 mm, 39 mm oraz 59 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 6 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganego ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 90 mm, zabezpieczenie przed użyciem wystrzelonego ładunku, o wysokości zszywek 4,5 mm lub 3,5 mm Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 1 dopuści jako równoważną i tożsamą do wymaganej jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dl. ramienia 22 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna o długości 16,0 mm zamykająca naczynia do 5 mm oraz 17, 5 mm zamykająca naczynia do 7 mm (do wyboru podczas składania zamówienia). Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Użyczenie generatora noża harmonicznego wraz z 4 przetwornikami na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 2 dopuści jako równoważną i tożsamą do wymaganej jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dl. ramienia 35 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna o długości 16,0 mm zamykająca naczynia do 5 mm oraz 17, 5 mm zamykająca naczynia do 7 mm (do wyboru podczas składania zamówienia). Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Użyczenie generatora noża harmonicznego wraz z 4 przetwornikami na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 3 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganych jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze o dl. 39,4mm linia koagulacji, 37 mm linia cięcia, długość ramienia 22 cm. Rotacja pełna 360 stopni. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Użyczenie generatora kompatybilnego z końcówkami na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 4 dopuści jako równoważne i tożsame do wymaganych jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, średnica ramienia 5 mm, zakrzywione bransze robocze o dl. 21,0 mm linia koagulacji, 19,2 mm linia cięcia, długość ramienia 38 cm. Rotacja pełna 360 stopni. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatraskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. Użyczenie generatora kompatybilnego z końcówkami na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 5 dopuści jako równoważną i tożsamą do wymaganych jednorazową końcówkę noża harmonicznego, dl. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,2 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie umożliwiające generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy. Użyczenie generatora noża harmonicznego wraz z 2 przetwornikami do końcówek typu nożycowego na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 41Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie trokarów zaopatrzonych w dwustopniowy kranik z pozycjami: insuflacja, blokada przepływu gazu.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 7**Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 3,8 mm i 4,5 mm przed zamknięciem (do wyboru).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłymi o wysokości 3,8 mm i 4,5 mm (do wyboru).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakiet 6 poz. 1 Czy zamawiający dopuści tolerancje długości szwu +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sekcja Zamówień Publicznych