

Kraków, 08.12.2025 roku
**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZ NA PYTANIA**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 132/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do ablacji**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą angiograficzną samoprzylepną o wym. 230x370cm, z dwoma otworami przyklepnymi udowymi o śr. 11cm, oraz dwoma otworami przyklepnymi promieniowym 6x12cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety o wym. 47,5x370cm, serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. 56g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gram. 86g/m² i o wym. 100x135cm w kształcie prostokąta, odporność na przenikanie cieczy 275 cm H₂O?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami włókninowymi o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na sprzęt PE w kształcie walca o wymiarach 90 cm x 100 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na sprzęt PE w kształcie czepka o wymiarach 120 cm x 120 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze skalpelem bezpiecznym 11P?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu: osłona na głowicę USG 15x244cm, + żel do USG 20g + gumkę mocującą x2 + niebieską serwetę 30x30cm, doklejoną do zestawu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 3, Poz. Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w

sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37 w którego składzie znajdują się:

1 x owinięcie zestawu serweta 2-warstwowa 150 x 190 cm

1 x serweta angiograficzna o wymiarach 245 cm x 360 cm z 4 otworami otoczonymi przyklepną folią (2 promieniowe owalne 5 x 7 cm / 2 udowe okrągłe 9 cm); serweta wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu PP/PE o gramaturze min. 55g/m² i absorpcji min. 315% ze wzmocnieniem stanowiącym trzecią warstwę serwety w części krytycznej o gramaturze 55g/m² (110 g/m² w miejscu wzmocnienia i absorpcji 379%); obszar wysokochłonny w kształcie litery T: w części górnej (na wysokości otworów) w rozmiarze min. 150 cm x 245 cm; obustronnie zintegrowane foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 80cm x 200 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju kauczukowego. Połączenie włókniny z foliowymi osłonami pulpitów trwale i utrzymujące się podczas zabiegu. Materiał serwety głównej spełnia wymogi podwyższone normy EN 13795-1:2019;

2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, SMS

1 x podkład z chłonnej włókniny (obszar absorpcji 75 x 37,5cm), podfoliowany, 90 x 75 cm

1 x osłona na sprzęt PE prostokątna 152 x 71 cm

1 x osłona na sprzęt PE prostokątna 150 x 85 cm

1 x skalpel bezpieczny nr 11

20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 16 warstw

1 x dren 250 PSI 200 cm

1 x strzykawka luer 5 ml

1 x strzykawka luer 20 ml

1 x strzykawka luer lock 20 ml, 3-częściowa

1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm

1 x osłona na głowicę USG 15 x 244 cm + żel do usg jałowy 20 ml, pakowany na zewnątrz zestawu

Każdy zestaw posiadający min. 3 etykiety do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającą datę ważności, REF i LOT oraz wewnętrzną listę ze składem zestawu. Zestawy zapakowane w 2 opakowania transportowe?

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający informuje również, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 15.12.2025 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 15.12.2025 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany).