

**dot. sprawy: 9/ZP/2026**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na – **Dostawy obłożeń operacyjnych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu 22 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Zestaw do badania USG laparoskopowego składający się z : osłony na przewody o wym. 15x200 cm, osłony na usg laparoskopowe, żelu w strzykawce i wężyka ułatwiającego aplikacje.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu 11 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Oslona na sprzęt medyczny 95 x130 cm. Dotyczy pakietu 10 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Nieprzemakalne pokrowce na podłokietniki stołu operacyjnego z regulowanymi paskami do unieruchamiania ręki. Opakowanie 150szt. Na każdym opakowaniu etykieta z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pakietu 9 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Oslona na kable 13 x 235 cm. Na każdym opakowaniu etykieta z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 1:

Czy można zaoferować zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach bloku operacyjnego

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji?

Serwety stanowiące obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74(+/- 0,5) g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie płynów wynoszącej min. 170cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro/sucho min. 220 kPa, współczynnik pylenia 2,6 log<sub>10</sub>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany w opakowaniu papierowo-foliowe bez portów do sterylizacji.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**Pakiet nr 6:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm 1 serweta do zabiegów TUR 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm, z otworem w okolicy krocza o średnicy 5 cm, z samoprzylepnym otworem nadłonowym o średnicy 8 cm, z bezłateksową osłoną na palec, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem do podłączenia drenu. 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**Pakiet 7:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm 1

serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**Pakiet 10:

Czy można zaoferować podłokietniki w rozmiarach 35cm x 73cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**Pakiet 11 poz. 2:

Czy można zaoferować taśmę typu rzep w rozmiarach 2,5cm x 20/24cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**Pakiet 12:

Poz. 1 – Czy można zaoferować folię o powierzchni całkowitej wynoszącej 30cm x 27cm?

Poz. 2 - Czy można zaoferować folię o powierzchni całkowitej wynoszącej 45cm x 57cm?

Poz. 3 - Czy można zaoferować folię o powierzchni całkowitej wynoszącej 55cm x 87cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**Pakiet nr 14 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z bibuły gramatura 23 g + PE gramatura 10 g?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 11**Pakiet nr 14 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 cm x 225 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 190 cm, wykonany z 5 warstw: włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 84g z superabsorbentem SAP 30g, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 37g/m<sup>2</sup>, waga całkowita 265g, chłonność min. 3500 ml, udźwig 150kg, opakowanie 10 sztuk?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 12**Pakiet nr 14 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 102 cm x 152 cm z wkładem chłonnym 51 x 129cm, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m<sup>2</sup>), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m<sup>2</sup>), pulpa celulozowa (28g/szt.), superabsorbent SAP (25g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m<sup>2</sup>), waga całkowita 160g, chłonność min. 3500 ml, udźwig 150kg, opakowanie 10 sztuk?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 13**Pakiet nr 14 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 cm x 225 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 190 cm, wykonany z 5 warstw: włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 84g z superabsorbentem SAP 30g, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 37g/m<sup>2</sup>, waga całkowita 265g, chłonność min. 3500 ml, udźwig 150kg, opakowanie 10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

2x serweta boczna 75 x 90cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1x serweta górna 150x240cm, przylepna

1x serweta dolna 180x180cm, przylepna

1x włókninowa taśma przylepna 9x50cm

2 x ręcznik chłonny 30,5x34cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia 2,5log10) laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (118,4cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 177,6 kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę marki (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem UDI). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie z perforowanym brzegiem, następnie w karton.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 15**dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

2x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem

1x serweta na stolik Mayo 79x145 cm z folii PE 60 µm, ze wzmocnieniem 66x85cm,

1x serweta 225x260 cm z przylepnym wycięciem U 20x85 cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 50x100cm, ze zintegrowanymi czterema podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna zabezpieczona trzema taśmami, które ułatwiają precyzyjną aplikację serwety łącznie z zaokrągleniami wycięcia U,

1x serweta 150x300 cm przylepna, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 50x15cm, z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

1x serweta nieprzylepna 100x150 cm, pełnobarierowa

1x stokineta 36x120cm, elastyczna, 2-warstwowa,

2x taśma przylepna 9x50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku 2,2log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów 125cm H<sub>2</sub>O. W obszarze krytycznym dodatkowo

wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 110 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie płynów 125 cm H<sub>2</sub>O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho 145,2/148,4 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji ok. dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę marki (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem UDI). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie z perforowanym brzegiem, następnie w karton.

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 16**

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji kończyn,

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm

1 x stokineta 36x65 cm, 2-warstwowa, elastyczna

2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 225x300 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 7 cm, ze wzmocnieniem 75x80 cm, wyposażona w zintegrowanych 8 podwójnych organizatorów przewodów.

4 x ręcznik do rąk

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku 2,2log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów 125cm H<sub>2</sub>O. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 110 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie płynów 125 cm H<sub>2</sub>O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho 145,2/148,4 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji ok. dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę marki (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem UDI). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie z perforowanym brzegiem, następnie w karton.

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 17**

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji kończyn/stopy. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 225x300 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 3,5 cm, ze wzmocnieniem 75x80 cm, wyposażona w zintegrowanych 8 podwójnych organizatorów przewodów.

4 x ręcznik do rąk

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku 2,2log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów 125cm H<sub>2</sub>O. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 110 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie płynów 125 cm H<sub>2</sub>O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho 145,2/148,4 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji ok. dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę marki (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem UDI). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie z perforowanym brzegiem, następnie w karton.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 18**

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji kończyny/stopy. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 225x300 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 3,5 cm, ze wzmocnieniem 75x80 cm, wyposażona w zintegrowanych 8 podwójnych organizatorów przewodów.

4 x ręcznik do rąk

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku 2,2log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów 125cm H<sub>2</sub>O. W obszarze krytycznym dodatkowo wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 110 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie płynów 125 cm H<sub>2</sub>O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho 145,2/148,4 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji ok. dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę marki (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem UDI). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie z perforowanym brzegiem, następnie w karton.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 19**

dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji urologicznych TUR

Skład:

1 x rzep Velcro 2,5x30cm;

1 x taśma mocująca 9x50cm;

1 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec Ø 3cm, dwoma otworami: przylepny otwór górny Ø 8cm, otwór dolny Ø 5cm, zintegrowana z torbą na płyny 80x63cm wyposażoną w sztywnik, filtr i port do ssaka;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 20**

dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na przewody o wymiarach 15x240cm z perforowaną końcówką, zintegrowana z foliowymi taśmami przylepnymi?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 21**

dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 150x240cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 22**

dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x serweta barierowa SMS 50x60cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> 75x90cm z otworem o wymiarach 6x9cm otoczonym taśmą przylepną

10 x kompres włókninowy 4w, 40g, 7,5 x 7,5cm

1 x zielona pęseta plastikowa 13cm

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę produkcji, datę ważności oraz kod UDI; kartonowe opakowanie pośrednie; zewnętrzny karton transportowy  
Sterylizacja: tlenek etylenu

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie nr 23**

dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład

1 x serweta dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> 75x90cm

1 x serweta dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> 75x90cm z taśmą przylepną 80cm

1 x niebieska miska nerkowata z podziałką 700ml

1 x metalowy pean prosty 14cm (bez zabezpieczonej końcówki) z niebieskim oznaczeniem znakiem CE i jednorazowego użytku

1 x strzykawka 2-częściowa Luer 2ml

1 x strzykawka 2 częściowa Luer 5ml

1 x igła różowa 1,2 x 40mm, 18G

1 x igła pomarańczowa 0,5 x 25mm, 25G

10 x kompres gazowy 17n,8w, 7,5 x 7,5cm

1 x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym; 5 x 7,5cm

Pean, strzykawki, igły, kompresy i opatrunek z wkładem chłonnym umieszczone w misce nerkowatej, serweta samoprzylepna umieszczona pod miską, całość owinięta w serwetę nieprzylepną.

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę produkcji, datę ważności oraz kod UDI

Opakowanie transportowe zawiera 20 zestawów

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie nr 24**

**Do umowy:** Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź: Nie.**

### **Pytanie nr 25**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 102 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 100/99 kPa.


Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie nr 26

Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m<sup>2</sup> w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów (z sitem i zaworem)
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 2 x ręczniki chłonne z włókniny Spunlace 30cm x 30cm?



**Odpowiedź: Nie.**


### Pytanie nr 27

Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm, kraton
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z czterema podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 227 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



**Odpowiedź: Nie**

### Pytanie nr 28

Pakiet 5 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x elastyczna osłona na kończyń o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton


3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta główna z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochołonne 80 g/m<sup>2</sup>.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log10.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



**Odpowiedź: Nie.**


### Pytanie nr 29

Pakiet 5 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochołonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.



**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie nr 30

Pakiet 5 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm


1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta główna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochołonne 75 x 100 cm, o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Współczynnik pylenia  $1.4 \log_{10}$ . Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



**Odpowiedź: Nie.**

#### Pytanie nr 31


Pakiet 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta główna o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów (z sitem). Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE.

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm?



**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 32


Pakiet 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>

2 x ręcznik chłonny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?



**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 33

Pakiet 8 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 34

Pakiet 8 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 50x60cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 35**

Pakiet 8 poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 30x40cm (15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa)?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 36**

Pakiet 8 poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 30x50cm (kieszenie o wymiarze 15 x 50 cm)?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 37**

Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na podłokietnik o wymiarach 35cm x 75cm wykonanych z dwuwarstwowego laminatu? Osłony posiadają dodatkowo taśmę samoprzylepną.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 38**

Pakiet 13 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 30x26cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 39**

Pakiet 13 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 60x80cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 40**

Pakiet 13 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 50x90cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 41**

Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów 2 warstwowych tj. papier 23g/m<sup>2</sup>, folia 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 42**

Pakiet 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. op. 56 szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny o gramaturze 125g /m<sup>2</sup>. Waga produktu 120g?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 43**

Pakiet 14, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o poniższych parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwi przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 44**

Pakiet 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o poniższych parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwi przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 45**

Pakiet 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o poniższych parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonny 60 x 203cm  $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwi przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g  $\pm$ 5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 46**

Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z trzywarstwowego laminatu (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 50x75cm z samoprzylepnym otworem  $\varnothing$  7cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 47**

Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) z samoprzylepnym otworem  $\varnothing$  6cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 48**

Pakiet 15, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z trzywarstwowego laminatu (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 90x120cm z samoprzylepnym otworem  $\varnothing$  10cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 49**

Pakiet 15, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE)?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 50**

Pakiet 17 poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 51**

Pakiet 17 poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 210 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 52**

Pakiet 17 poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 160 x 220 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 53**

Pakiet 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 szt serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m<sup>2</sup> dwuwarstwy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa)

1 szt serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m<sup>2</sup> dwuwarstwy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem

2 szt rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M opakowane

6 szt tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

8 szt kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 szt pęseta plastikowa zielona 12,5 cm


1 szt kleszcze plastikowe Kocher 14 cm

1 szt pojemnik plastikowy 120 ml

Osobno zapakowane

1 szt Żel do znieczuleń błon śluzowych 6 ml (ampulkostrzykawka) (elementy poza blistrem)

1 szt Strzykawka z wodą jałową i 10 % gliceryną 10 ml (elementy poza blistrem)?



**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 54**

Pakiet 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 szt Serweta chirurgiczna PP+ PE 50cm x 75cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>

1 szt Serweta chirurgiczna PP+PE 45cm x 45cm 2-warstwowa, z przylepcem, gramatura 60g/m<sup>2</sup>

1 szt Serweta chirurgiczna 60cm x 80cm (niebieski SMS) (zawinięcie zestawu)

10 szt Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm

1 szt Kleszczyki ROCHESTER PEAN metalowe ze stali nierdzewnej , proste 18cm

1 szt Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 55**

Pakiet 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 szt Serweta chirurgiczna PP+PE 75cm x 90cm 2 warstwowa, gramatura 60g/m<sup>2</sup>

1 szt Serweta chirurgiczna PP+PE 90cm x 120cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 10 cm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>

1 szt Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 12,5cm ze stali nierdzewnej

1 szt Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock

1 szt Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer Lock

1 szt Igła iniekcyjna (0,7 x 40)

1 szt Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

20 szt Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 szt Ostrze chirurgiczne nr 11

1 szt Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14 cm, ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 56**

dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Jalowy zestaw do cewnikowania w składzie:

1szt serweta laminowana 37g/m<sup>2</sup>,roz.50x60cm

1szt serweta laminowana 37g/m<sup>2</sup>, z otworem 5cm i rozcięciem roz.50x60cm

2szt rękawice nitylowe roz.M z wywiniętymi mankietami

5szt Tupfer kula 17N,roz.20x20cm

8szt Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm

1szt Pęseta plastikowa ok13cm

1szt pean plastikowy 13cm

1szt pojemnik plastikowy 120ml

Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu

1szt Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną 10ml

1szt Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml

Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę produkcji, datę ważności oraz kod UDI.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 57**

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z mocnej folii PE min. 47µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo

2x serweta boczna 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku + dodatkowa lata chłonna 37,5 x 60 cm  
1x serweta górna 150x240 cm, przylepna + dodatkowa lata chłonna 37,5 x 60 cm  
1x serweta dolna 180x 170 cm, przylepna + dodatkowa lata chłonna 37,5 x 60 cm  
1x taśma typu rzep 50cmx9cm  
4 x ręcznik chłonny, włókninowy 20x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego(współczynnik pylenia 3,4 log10) laminatu dwuwarstwowego o gramaturze max. 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów min. 300 cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 240kPa). Wszystkie składowe zestawy ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie opakowanie typu blister. posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min. 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z kłapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu oraz karton zewnętrzny. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 58**

Pakiet 18: Czy Zamawiający potwierdzi, że *1szt pean plastikowy ok 14cm* to może być 13 cm ?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 59**

Pakiet 19 narzędzia: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestawu, w których narzędzia są wykonane z matowej stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 60**

Pakiet 20: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw:

Jałowy zestaw do założenia wkłucia centralnego w składzie;

1szt serweta laminowana 39g/m<sup>2</sup>,roz.75x45cm

1szt serweta 2-warstwowa,55g/m<sup>2</sup>,roz.45x75cm z przylepnym otworem 8cm ,

1szt imadło metalowe 13cm,ju z matowej stali nierdzewnej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)

1szt opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm,

1szt strzykawka 10ml

1szt strzykawka 5ml

2szt igła 1,2x40mm

1szt igła 0,5x25mm

15szt kompresy z gazy 17n.8w,roz.10x10

1szt ostrze nr 11

1 szt pean metalowy, prosty 20cm ,jednorazowego użytku, wykonany z matowej stali nierdzewnej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, , na zewnątrz opakowania etykieta centralna z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister,2-komorowy,służący jako miska do zabiegu.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 61**

Pakiet 27: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw:

Sterylny zestaw do operacji cieśni, serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego na całej powierzchni.

Skład zestawu :

1 x serweta 50cm x 60cm;

1 x serweta 150cm x 90cm (owinięcie)

1 x serweta 320cmx180cm z otworem 4cm z elementem elastycznym

50 x kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, (8 warstw 17 nitek);

1 x skalpel chirurgiczny z wysuwającym ostrzem nr 10 typu Feather

1 x skalpel chirurgiczny z wysuwającym ostrzem nr 15 typu Feather

1 x bandaż elastyczny z zapinką 5mx10cm  
1 x podkład watowy 3mx15cm  
1 x metalowe kleszczyki do trzymania igły typu Mayo-Hegar długość imadła 15 cm  
1 x nożyczki medyczne metalowe typu Strabismus 11,5 cm  
1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12,5cm  
1 x kleszczyki plastikowe typu pean, jednorazowego użytku 13 cm  
1 x pojemnik plastikowy okrągły transparentny 60 ml  
1 x strzykawka 2-częściowa 10 ml  
1 x fartuch standardowego ryzyka XXL – 155 cm

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 62**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 serwety urologicznej o wymiarach 150/300x184 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego z osłoną do badania per rectum i dwoma oknami jeden o średnicy 5 cm, drugi lepny 6 cm, zintegrowana z workiem do zbiórki płynów z sitkiem i odprowadzaniem do podłączenia drenu.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 63**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 64**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 serwety do otolaryngologii wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 200x250cm z otworem lepny o średnicy 10cm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 65**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 18 Zestawu o następującym składzie:

1x Serweta 50x60cm – wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>,

1x Serweta 50x70cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem

2x Rękawice nitrylowe rozmiar M

5x Tupfer kula 25x25cm, 17N

8x Kompres z gazy 7,5x7,5cm, 8W,17N

1x Pęseta plastikowa 13cm

1x Pean plastikowy 14cm

1x Pojemnik 125ml ze skalą

1x Miska jednokomorowa stanowiąca blister

1x Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml

1x Saszetka z lubrykantem z lidokainą 5 ml

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 66**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 zestawu o następującym składzie:

1x Serweta 50x70cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, owinięcie zestawu

1x Serweta 60x50cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>

1x Serweta 75x80cm z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na boku

10x kompres z gazy 10x10cm, 8W,17N

1x Pean metalowy prosty 19cm, jednorazowego użytku, znak CE i jednorazowego użycia (przekreślona 2) umieszczony z jednej strony narzędzia

1x Opatrunek z wkładem chłonnym 7,2x5cm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 67**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 zestawu o następującym składzie

1x Serweta 50x70cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m<sup>2</sup>

1x Serweta 45x75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56 g/m<sup>2</sup> z otworem lepny o średnicy 8 cm

1x Imadło metalowe 14cm, jednorazowego użytku, znak CE i jednorazowego użycia (przekreślona 2) umieszczony z jednej strony narzędzia

1x Opatrunek z wkładem chłonnym 7,2x5cm

1x Strzykawka 10ml  
1x Strzykawka 5ml  
2x Igła 1,2x40mm  
1x Igła 0,6x30cm  
15x Kompres z gazy 10x10cm, 8W,17N  
1x Ostrze 11  
1x Pean metalowy prosty 19cm, jednorazowego użytku, znak CE i jednorazowego użycia (przekreślona 2) umieszczony z jednej strony narzędzia  
Zestaw zapakowany w miskę dwukomorową następnie w opakowanie papier folia stanowiące opakowanie typu blister.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 68**

Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w którego składzie znajduje się:

1x serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm;  
1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zamiast 80 x 142 cm oraz składana teleskopowo (umożliwiająca aseptyczną aplikację) zamiast rewersowo;  
2x serweta boczna 75 x 90 cm zamiast 75 x 100 cm;  
1x serweta górna 150 x 240 cm zamiast 160 x 260 cm;  
1x serweta górna 200 x 200 cm zamiast 195 x 200 cm;  
1x taśma przylepna o jednoczęściowej konstrukcji, z końcówką ułatwiającą rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części 10 x 50 cm  
4 x ręcznik chłonny z wytrzymałego materiału 30 x 33 cm ?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 69**

Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,5 \log_{10}$ ) laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 117kPa) oraz laminatu trójwarstwowego (wzmocnionego, w strefie krytycznej) o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 370kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepłą serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepłą do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta kod EAN, kod QR określający nr UDI). Sterylizowany EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dispenser, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 70**

Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii z narzędziami będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 ?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 71**

Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający oczekuje aby każde opakowanie jednostkowe zaoferowanego zestawu do laparoskopii z narzędziami posiadało dodatkową etykietę boczną (nazwa zestawu w kolorowej ramce) celem jego łatwiejszej identyfikacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.**

**Pytanie nr 72**

Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do neurochirurgii wykonanego z materiału dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w strefie krytycznej (serwety okrywające pacjenta) w którego składzie znajduje:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm zamiast 150 x 200 cm;
- 4 zamiast 2 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm;
- 2 zamiast 4 ręczniki celulozowe ? Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodne z wymaganiami SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 73**

Pakiet nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodrowego w którego składzie znajduje się:

- 2x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm zamiast 140x190cm z folii PE min. 50 µm ze wzmocnieniem;
- 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE min. 60 µm, ze wzmocnieniem 145x60cm zamiast 100x75cm;
- 1x serweta dolna 245x280cm zamiast 196x305cm z przyklepnym wycięciem U 10x95cm zamiast 15x117cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym min. 77x119 cm. Część lepna zabezpieczona trzema taśmami, które ułatwiają precyzyjną aplikację serwety łącznie z zaokrągleniami wycięcia U;
- 1x serweta górna 170x300cm zamiast 183x254cm przyklepna, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym min. 67x39cm;
- 1x serweta nieprzylepna 150x190cm zamiast 98x98cm, pełnobarierowa;
- 1x stokineta 35x120cm zamiast 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa;
- 2x taśma przyklepna 10x50 cm zamiast 9x50 cm;
- 4x zamiast 2x ręcznik chłonny 33x30cm zamiast 20x30 cm z wytrzymałego materiału ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 74**

Pakiet nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,5 \log_{10}$ ) laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 117kPa) oraz laminatu trójwarstwowego (wzmocnionego, w strefie krytycznej) o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy. Wzmocnienie serwety z wycięciem U z chłonnej wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 370kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta kod EAN, kod QR określający nr UDI). Sterylizowany EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 75**

Pakiet nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn w którego składzie znajduje się:

- x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm zamiast 140 x 190 cm, z folii PE min. 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)
  - x serweta 150x190cm zamiast 145 x193 cm, pełnobarierowa
  - 1 x stokineta 35x80cm zamiast 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
  - x zamiast 3 x taśma przyklepna 10 x 50cm zamiast 9 x 50 cm
  - 1 x serweta do operacji kończyny 225x320 zamiast 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 5x7cm zamiast  $\varnothing$  6 cm, ze wzmocnieniem min. 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowany organizator przewodów ?
- Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 76**

Pakiet nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,5 \log_{10}$ ) laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 117kPa) oraz laminatu trójwarstwowego (wzmocnionego, w strefie krytycznej) o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy. Wzmocnienie serwety głównej z chłonnej wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 370kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta kod EAN, kod QR określający nr UDI). Sterylizowany EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 77**

Pakiet nr 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn/stopy w którego składzie znajduje się:

1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm zamiast 152 x 190 cm

1 x uchwyt typu rzep min. 2 x 14cm zamiast taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 245 x 320 cm zamiast 221 x 328 cm, z elastycznym otworem  $\varnothing$  3 cm zamiast  $\varnothing$  4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu min. 67 x 140 cm (polipropylen) ?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 78**

Pakiet nr 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn/stopy, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z dwuwarstwowo laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.110 g/m<sup>2</sup> o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O. I klasa palności. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta kod EAN, kod QR określający nr UDI). Sterylizowany EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 79**

Pakiet nr 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ręki w którego składzie znajduje się:

1 x serweta na stół narzędziowy 150x190cm zamiast 140 x 190 cm ze wzmocnieniem chłonnym oraz folią PE (owinięcie zestawu)

2x zamiast 1 x Ręcznik chłonny 33x30cm zamiast 58x39 cm wytrzymałego materiału;

1 x Serweta do operacji dłoni 200/290cmx360cm zamiast 196x373 cm z osłoną ramienia stołu, z elastycznym samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  3cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 43x86cm wokół otworu

1x uchwyt typu rzep na przewody

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 80**

Pakiet nr 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ręki, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,5 \log_{10}$ ) laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 117kPa) oraz laminatu trójwarstwowego (wzmocnionego, w strefie krytycznej) o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy. Wzmocnienie serwety głównej z chłonnej wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów ( $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 370kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta kod EAN, kod QR określający nr UDI). Sterylizowany EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 81**

Pakiet nr 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej wokół otworu z otworem samoprzylepnym o śr. 7 cm w rozmiarze 75 x 90 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 82**

Pakiet nr 15, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej wokół otworu z otworem samoprzylepnym o śr. 7 cm w rozmiarze 120 x 150 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 83**

Pakiet nr 16, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej, samoprzylepną w rozmiarze 75 x 90 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 84**

Pakiet nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej, samoprzylepną w rozmiarze 170 x 200 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 85**

Pakiet nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego, nieprzylepną w rozmiarze 150 x 175 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 86**

Pakiet nr 17, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej, samoprzylepną w rozmiarze 170 x 200 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 87**

Pakiet nr 17, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej wykonanej z materiału dwuwarstwowego z łatą chłonną w strefie krytycznej, samoprzylepną w rozmiarze 170 x 175 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 88**

Pakiet nr 18 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, posiadającego w swoim składzie:

- 1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>,roz.45x75cm
- 1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>, z otworem 10cm roz.75x90cm
- 2szt rękawice nitrylowe roz.M z wywiniętymi mankietami
- 4szt Tupfer kula 20N,roz.20x20cm (wielkość śliwki)
- 5szt Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm
- 1szt Pęseta plastikowa ok13cm
- 1szt kleszczyki typu Kocher plastikowe ok 14cm
- 1szt Strzykawka wypełniona wodą destylowaną i gliceryną 10ml
- 1szt Żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml

Opakowanie typu sztywny blister posiadające min. jedną naklejkę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji z nr LOT, datą ważności oraz identyfikacją producenta.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 89**

Pakiet nr 18 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, posiadającego w swoim składzie:

- 1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>,roz.50x75cm
- 1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>, z otworem 10cm roz.75x90cm
- 2szt rękawice nitrylowe roz.M z wywiniętymi mankietami
- 4szt Tupfer kula 20N,roz.20x20cm (wielkość śliwki)
- 5szt Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm
- 1szt Pęseta plastikowa ok13cm
- 1szt kleszczyki typu Kocher plastikowe ok 14cm
- 1szt Strzykawka wypełniona wodą destylowaną i gliceryną 10ml

Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu:

- 1 x strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą, 12 ml (zapakowana)

Opakowanie typu sztywny blister posiadające min. jedną naklejkę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji z nr LOT, datą ważności oraz identyfikacją producenta.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 90**

Pakiet nr 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do założenia wkłucia centralnego będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, posiadającego w swoim składzie:

- 1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>,roz.75x45cm
- 1szt serweta 2-warstwowa, min. 36g/m<sup>2</sup>,dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)
- 1szt imadło metalowe 14cm, ze stali matowej, po jednej stronie narzędzia umieszczony znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)
- 1szt opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)
- 1szt strzykawka 10ml
- 1szt igła 1,2x40mm
- 1szt igła 0,8x40mm

6szt kompresy z gazy 17n.8w,roz.7,5x7,5cm  
4szt tupfer kula 20N,roz.20x20cm (wielkość śliwki)  
1szt ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)  
1szt pęseta anatomiczna, plastikowa 12,5cm  
1szt kleszczyki typu Kocher, plastikowe 14 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu sztywny blister, na zewnątrz opakowania etykieta centralna z min. jedną naklejką umożliwiającą wklejenie do dokumentacji z nr lot, datą ważności, identyfikacją producenta. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, 1-komorowy, służący jako miska do zabiegu. Pytanie do zespołu intensywnej terapii

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 91**

Pakiet nr 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do założenia wkłucia centralnego będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37, posiadającego w swoim składzie:

1szt serweta laminowana min. 36g/m<sup>2</sup>,roz.75x90cm  
1szt serweta 2-warstwowa, min. 36g/m<sup>2</sup>,roz. 75x90cm z przylepnym otworem 10cm  
1szt imadło metalowe 12cm, ze stali matowej, po jednej stronie narzędzia umieszczony znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)  
1szt opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm  
1szt strzykawka 10ml  
1szt strzykawka 20ml  
1szt igła 1,2x40mm  
1szt igła 0,7x30mm  
2szt kompresy z gazy 17n.8w,roz.5x5cm  
6szt kompresy włókninowe,roz.7,5x7,5cm  
5szt tupfer włókninowy (wielkość śliwki)  
1szt ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)  
1szt pęseta typu Adson 12cm ze stali matowej, po jednej stronie narzędzia umieszczony znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)  
1szt nożyczki 11,4 cm ostro-ostre ze stali matowej, po jednej stronie narzędzia umieszczony znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)  
1szt kleszczyki typu Kocher, plastikowe 14 cm  
1szt ręcznik 33x30 cm  
1szt pojemnik plastikowy 120 ml

Zestaw zapakowany w opakowanie typu sztywny blister, na zewnątrz opakowania etykieta centralna z min. jedną naklejką umożliwiającą wklejenie do dokumentacji z nr lot, datą ważności, identyfikacją producenta. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, 1-komorowy, służący jako miska do zabiegu.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 92**

Pakiet nr 23, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do neurochirurgii (kraniotomii) będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37 oraz posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stolik Mayo posiadające wzmocnienie 60 x 145 cm zamiast 65 x 145 cm;
- 1 x uchwyt typu rzep 2,5 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm;
- 1 x uchwyt do ssaka typu Ferguson 12/4,00 Ch/mm zamiast typu Yankauer 24/8,00 Ch/mm;
- 8 x 5 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek zamiast 4 x 10 szt.;
- 1 x uchwyt do lampy 15 x 11,9 cm niebieski zamiast uchwyt do lampy 12 x 9,5 x 5 cm zielony ?

Pozostały skład oraz parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 93

Pakiet nr 23, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji kręgosłupa będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37 oraz posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stolik Mayo posiadające wzmocnienie 60 x 145 cm zamiast 65 x 145 cm;
- 8 x 5 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek zamiast 4 x 10 szt.;
- 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 300 cm zamiast dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 350 cm;
- 1 x uchwyt typu rzep 2,5 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm ?

Pozostały skład oraz parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 94

Pakiet nr 27 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji cieśni będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37 oraz posiadającego w swoim składzie narzędzia chirurgiczne, matowe, wykonane ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowane jednostronnie symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorystycznie ?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr 95

#### PROJEKT UMOWY

§ 7 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 projektu umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź: Nie.**


### Pytanie nr 96

Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie Uniwersalnego zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



1 140 × 190 cm  
1 szt.



2 200/260 × 185 cm  
1 szt.



3 9 × 50 cm  
1 szt.



4 30 × 40 cm  
2 szt.

- 1 x wzmocniona serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, wzmocnienie 80 x 190 cm,
- 1 x serweta główna do przezcewkowych zabiegów urologicznych, o wymiarach 200/260 x 185 cm posiadająca: zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (średnica 7 cm) zabezpieczony perforacją, przylepny otwór na prącie (7 x 10 cm) oraz osłonę na palec do badania per rectum (średnica 3,5 cm),
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm,

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 62 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, UDI, datę ważności oraz nazwę producenta, służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu), jednorazowego użytku, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu.

Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, w sprawie wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 97**

Pakiet 10 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pokrowców na podłokietniki w rozmiarze 35 x 75cm. Pozostałe zgodne.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 98**

Pytanie do wzoru Umowy:

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450,00 zł netto”

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 99**

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 100**


„W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 101**

PAKIET 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455 ml/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy min. 135 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 235 kPa
  - Gramatura serwet 60 g/m<sup>2</sup>
  - Uniwersalne zastosowanie
  - Zgodność z normą PN-EN 13795, opakowanie papier folia z 4 naklejkami TAG
- Skład
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
  - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
  - 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
  - 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
  - 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
  - 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
  - 4 ręczniki 30 x 40 cm;



?

**Odpowiedź: Nie.**


#### Pytanie nr 102

PAKIET 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw z poniższym składem:

- Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 35 g/m<sup>2</sup> (włóknina typu SMS)
- Zgodność z normą PN-EN 13795, opakowanie papier folia z 4 naklejkami TAG

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;



?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 103

PAKIET 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35x80cm?

**Odpowiedź: Nie.**

#### Pytanie nr 104

PAKIET 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 105

PAKIET 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40 cm dzielona pionowo (podział pionowo 15 + 15 cm)?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 106

PAKIET 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40 cm dzielona poziomo (podział pionowo 15 + 25 cm)?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 107

PAKIET 10 Czy Zamawiający dopuści pokrowce w rozmiarze 35x75 z taśmami pakowanymi osobno, pakowane po 2 sztuki?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 108**

PAKIET 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę w rozmiarze 75x90 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 109**

PAKIET 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę w rozmiarze 85x85 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 110**

PAKIET 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę w rozmiarze 120x120 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 111**

PAKIET 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę w rozmiarze 140x140 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 112**

PAKIET 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rzep w rozmiarze 2,5x23 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 113**

PAKIET 15 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści serwety z 2 warstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 114**

PAKIET 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x60 cm z otworem 6x8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 115**

PAKIET 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x150 cm z otworem 8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 116**

PAKIET 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x180 cm z otworem 5x7 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 117**

PAKIET 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwety z 2 warstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 118**

PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW UMOWY § 8. Ust. 1 ppkt a) i d)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej do 1 % wartości dostawy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i niedostarczeniu dokumentów o których mowa w § 4

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 119**

Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,25 log<sub>10</sub> odpornym na penetrację płynów min. 215 cmH<sub>2</sub>O o współczynniku absorpcji 338%. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 120**

Pakiet 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów min. 480 cmH<sub>2</sub>O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 310 kPa. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 121**

Pakiet 5

Pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów min. 480 cmH<sub>2</sub>O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 310 kPa. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 122**

Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów min. 480 cmH<sub>2</sub>O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 310 kPa. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 123**

Pozycja 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów min. 480 cmH<sub>2</sub>O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho min. 310 kPa. Reszta parametrów zgodna z SWZ

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 124**

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:


1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50  $\mu$ m ze wzmocnieniem

1x taśma przyklepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzyklepnymi końcami z obu stron

1x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny  $\varnothing$  8 cm, z przylepnym otworem na pręcie  $\varnothing$  5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chlonną od strony pacjenta. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup> o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$  o współczynniku absorpcji min. 250%. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z papierowym wiekiem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem



**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 125**

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii z decentralnym otworem.

Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej

1x taśma przylepna, przezroczysta 8 x 40 cm

1x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20 x 30 cm

1x serweta o wymiarach 220 x 240 cm +/- 1 cm z decentralnym przylepnym otworem  $\Phi$  12 cm wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  odpornym na penetrację płynów min. 215 cmH<sub>2</sub>O o współczynniku absorpcji 338%. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, foliową torbę z papierowym wiekiem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 126**

Pakiet 12

poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28, a całkowitej 28x38,5cm?

**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 127**

Pakiet 12

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 45x55cm, a powierzchni całkowitej 45x63,5cm?

**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 128**

Pakiet 12

Poz.3

- prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 56x80cm, a powierzchni całkowitej 56x88,5cm?

**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 129**

Pakiet 13

Poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 34x40cm (całkowita 40x40cm)?

**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 130**

Pakiet 13

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 60x45cm (całkowita 70x45cm)?

**Odpowiedź: Tak.****Pytanie nr 131**

Pakiet 13

Poz.3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 60x80cm (całkowita 70x80cm)?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 132**

Pakiet 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1x Oslona na stolik narzędziowy 140x190 cm wykonane z folii PE 50 $\mu$ m z wzmocnieniem chłonnym  
2x Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w rozmiarze XL o długości 150 cm  
1x Fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL o długości 150 cm  
1x Oslona na stolik Mayo 80x142 cm z wzmocnieniem z polipropylenu  
1x Oslona na uchwyt 11,5x15 cm uniwersalna niebieska  
1x Nóż elektrochirurgiczny z przyciskami cięcie/koagulacja, końcówka typu szpatulka, z kablem 3 m  
1x Dren do odsysania 24CH o średnicy wewnętrznej 0,73 cm, średnicy zewnętrznej 1,03 cm i długości 300 cm  
1x Końcówka do odsysania pola 24CH 25,3 cm z 4 otworami bocznymi  
40x Kompres gazowy z nitką RTG o wymiarach 10x10 cm, 12W 17N  
6x Tupfery gazowe okrągłe z nitką RTG o średnicy 5 cm, po rozłożeniu 23,5x64,5 cm  
10x Serweta laparatomijna biała z nitką RTG z pętelką wstępnie prana o wymiarach 60x60 cm, 4W 20N  
2x Tupfery gazowe okrągłe z nitką RTG o rozmiarze 12x12 cm, 10 sztuk w pudełku  
1x Plastikowa miska, niebieska, skalowana o objętości 250 ml, o wysokości 5,5 cm i średnicy 8,5 cm  
1x Plastikowa miska, niebieska, skalowana o objętości 0,5 l, o wysokości 6 cm i średnicy 9 cm  
1x Organizator przewodów typu rzep 2,5x14 cm  
4x Ręcznik chłonny z mikrosiecią 20x30 cm  
1x Serweta przylepna 260x160 cm  
2x Serweta przylepna 98x75 cm  
1x Serweta przylepna 196x200 cm  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,25 \log_{10}$  odpornym na penetrację plynów min. 215 cmH<sub>2</sub>O o współczynniku absorpcji 338%.  
Zestaw pakowany jednostkowo w foliową torbę z papierowym wiekiem do sterylizacji z czterema etykietami samoprzylepnymi zawierającymi: numer katalogowy, numer lot, datę ważności w tym dwie zawierający kod kreskowy oraz jedna z numerem LOT w postaci kodu QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Tak.***Sekcja Zamówień Publicznych**Zuzanna Koryzma*