

Kraków, 06.03.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT NA DZIEŃ 16.03.2026 ROKU

dot. sprawy: 16/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na – **Dostawy materiałów okulistycznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu 23 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy zawierające w składzie fartuch L (pakiet wierzchni + ręcznik) zamiast fartucha M (pakiet wierzchni + ręcznik)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu 24 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy zawierające w składzie fartuch L (pakiet wierzchni + ręcznik) zamiast fartucha M (pakiet wierzchni + ręcznik)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pytania do pakietu 25 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy zawierające w składzie fartuch L (pakiet wierzchni + ręcznik) zamiast fartucha M (pakiet wierzchni + ręcznik)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pytania do pakietu 25 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy z sondą do witrektomii 20 tys. cięć/min.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pytania do pakietu 26 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy zawierające w składzie fartuch L (pakiet wierzchni + ręcznik) zamiast fartucha M (pakiet wierzchni + ręcznik)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pytania do pakietu 26 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestawy z sondą do witrektomii 20 tys. cięć/min.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pytanie do pakietu 27 załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1x fartuch L

1x fartuch XL

5x gaziki 8x8 cm

1x igła 25G

1x kaniula 21G

3x kaniula 27G

1x kaseta do fakoemulsyfikacji

2x kubek plastikowy 60 ml

1x mikrogąbki 6szt

1x nóż typu Slit 2,2 mm

1x obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm
1x obłożenie na tacę aparatu 80x145cm
1x obłożenie pacjenta 100x120 cm z workiem odpływowym
1x ocznik
1x osłonka na tęp 0,9 mm
1x plastikowa osłonka na oko
2x podłokietniki 35,5x80 cm
1x przylepiec 2,5x13 cm
2x ręcznik papierowy
2x strzykawka 5 ml luer lock
1x tęp do fakoemulsyfikacji zagięty 45st

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności kasyety do fakoemulsyfikacji z aparatem Constellation.

Pytanie nr 9

Pytanie do zapisów SWZ

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach Pakietu nr 18 wymagane jest dostarczenie próbek **dla wszystkich pozycji, czy wyłącznie dla pozycji nr 1.**

W punkcie 10.1.6 SWZ wskazana jest jedynie pozycja nr 1, natomiast w punkcie 29.03 dotyczącym kryteriów oceny ofert dla Pakietu nr 18 wymienione są pozycje nr 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wyłącznie dla pozycji nr 1. Patrz zmodyfikowany SWZ II w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ _załącznik nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na **określenie wszystkich terminów w umowie jednostkach (dniach/godzinach) roboczych?**

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.

Odpowiedź: Patrz zmodyfikowany SWZ II w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastrzeżenie w treści projektu umowy, że **w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana ceny brutto** (cen jednostkowych oraz wartości umowy) – z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy w tym zakresie?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmianę j.w. bowiem nie ma wpływu na wysokość podatku VAT i nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Co więcej, konieczność wprowadzenia ww. zmiany w drodze aneksu do umowy mogłaby skutkować powstaniem pola do nadużyć, bowiem jedna ze stron mogłaby skutecznie blokować jego zawarcie. Mając na względzie fakt, iż współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i w związku z tym musi zapewniać rentowność, należy uznać, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla uzasadnionych interesów Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zgodzi się **wykreślić ust. 4-6 z treści §4A** projektu umowy?

Uzasadnienie:

Depozyt tworzony jest na zlecenie oraz w ramach realizacji potrzeb występujących po stronie Zamawiającego, zatem Zamawiający nie powinien obciążać Wykonawcy opłatami związanymi z utworzeniem depozytu i przechowywaniem towarów.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć w §10 ust. 10 i 20 projektu umowy, że **obowiązek zapłaty za towar z depozytu powstaje z chwilą jego pobrania z depozytu** – a nie jego zużycia?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma możliwości sprawowania bieżącej pieczy nad towarem powierzonym w depozyt, wobec czego prosi o zmianę j.w., by obowiązek zapłaty obejmował wszystkie towary pobrane przez personel Zamawiającego z depozytu, niezależnie od momentu jego faktycznego zużycia. Wykonawca nie może zweryfikować czasu użycia wyrobu w procedurze medycznej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §10 ust. 16 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o wymianę przedmiotu/ów wchodzącego w skład asortymentu na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **9 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności przedmiotu/ów wytypowanego do wymiany.” ?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu ważności wymaganego dla towarów wytypowanych dla wymiany do 9 miesięcy, ponieważ towar o krótszej dacie ważności jest dla Wykonawcy praktycznie niemożliwy do zbycia, co generowałoby po stronie Wykonawcy nieuzasadnione straty.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć w §10 ust. 18-19 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„18. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury na brakujące lub uszkodzone przedmioty asortymentu **a także za towar przeterminowany oraz taki, którego termin ważności wynosi mniej niż 9 miesięcy – o ile nie został zgłoszony do wymiany.***

*19. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu, upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury – **Sprzedający wystawi faktury także za towar przeterminowany oraz taki, którego termin ważności wynosi mniej niż 9 miesięcy – o ile nie został zgłoszony do wymiany.** Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisu.”*

Uzasadnienie:

Towary w depozycie będą znajdować się w posiadaniu Kupującego, który uprawniony będzie do ich dowolnego pobierania oraz żądania wymiany na tożsame towary o dłuższej dacie ważności. Z tego względu rozliczenie powinno obejmować też towary przeterminowane oraz towary o terminie ważności poniżej 9 miesięcy – jeśli Wykonawca nie dokonał ich wymiany pomimo zgłoszenia w odpowiednim terminie takiego żądania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, za termin odpowiada Wykonawca tworzący depozyt, a Zamawiający zobowiązuje się aby wykorzystywać produkty z depozytu z najkrótszą datą.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do treści §10 projektu umowy klauzulę, według której towary będą pobierane – w ramach danego asortymentu – **zgodnie z zasadą gospodarki materiałowej, tj. według najkrótszej daty przydatności do zużycia?**

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wprowadzenie do umowy ww. zasady, gdyż jest ona powszechnie stosowana w podobnych umowach, nie naraża Zamawiającego na szkody, jednocześnie zabezpieczając istotne i uzasadnione interesy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się aby wykorzystywać produkty z depozytu z najkrótszą datą.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 22 z treści §10 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Towar w depozycie znajdować się będzie w zasadzie w posiadaniu i władaniu Zamawiającego, wobec czego to Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia jego bezpieczeństwa – obciążanie Wykonawcy dodatkowymi kosztami w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 1) 10% całkowitej wartości **netto** niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności **zawinionych przez Sprzedającego; o których mowa w § 8;**
- 2) 10% całkowitej wartości **netto** niezrealizowanej części zamówienia, gdy Sprzedający w ogóle nie dokona dostawy w terminach, o których mowa w § 4, **ze swojej winy;**
- 3) 0,5% wartości ~~opóźnionej~~ dostawy **wykonanej ze zwłoką**, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w dostarczeniu towaru – **jednak nie więcej niż 10% tej wartości;**
- 4) 0,5% wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją – **jednak nie więcej niż 10% tej wartości.**” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o:

- 1) zmianę kar zastrzeżonych za opóźnienie na kary za zwłokę – w celu zachowania zgodności z art. 433 ustawy PZP;
- 2) naliczanie kar od wartości netto a nie brutto – gdyż to wartość netto wyznacza wartość zamówienia; ponadto podatek VAT jest daniną publiczną, która jest stanowi przysporzenia w majątku Wykonawcy;
- 3) wprowadzenie limitów naliczania kar dla poszczególnych ich rodzajów – w celu uniknięcia wygórowania kary;
- 4) zastrzeżenie kar umownych tylko za okoliczności, które są zawinione przez Wykonawcę – ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, na które nie ma wpływu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku **zawinionego** niedostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu umowy w terminach o których mowa w §4 i konieczności wykonania zastępczego przez Kupującego, Sprzedawca wyraża zgodę na obciążenie go różnicą w koszcie zamówienia oraz kosztami takiej dostawy ~~bez konieczności wyznaczenia~~ **po wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i jego bezskutecznym upływie**, bez obowiązku nabycia od Sprzedającego towarów po terminie.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wprowadzenie wymogu dodatkowego wezwania do zrealizowania niewykonanej dostawy w wyznaczonym terminie, przed powstaniem prawa skorzystania z zakupu zastępczego. Strony powinny współpracować w zakresie realizacji umowy, wobec czego Zamawiający powinien dać Wykonawcy szansę wykonania zaległej dostawy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §8 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Kupującemu, poza przypadkami wskazanymi w §6 ust. 2 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy ~~w szczególności~~ **gdy:**

- 1) Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,
- 2) nastąpi co najmniej **czterokrotna** **zawiniona** niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub **zwłoka** w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy **10 dni kalendarzowych;**

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w dodatkowo wyznaczonym terminie i po jego bezskutecznym upływie.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmianę j.w. z uwagi na fakt, że odstąpienie od umowy ma doniosłe skutki dla każdej ze stron i powinno stanowić de facto ostateczność – z tego względu przesłanki odstąpienia powinny być określone jako katalog zamknięty, dla zachowania pewności obrotu oraz uniknięcia nadużyć. Co więcej, Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, na które nie ma wpływu, wobec czego odstąpienie od umowy powinno odnosić się tylko do okoliczności zawinionych przez wykonawcę i obejmujących rażące naruszenia umowy. Wykonawca prosi także o wprowadzenie wymogu dodatkowego wezwania do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, przed powstaniem prawa odstąpienia od umowy – w ramach dobrej współpracy Stron i wzajemnej lojalności.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć w §9 ust. 2 projektu umowy, że przedłużenie okresu obowiązywania umowy **będzie następowało w drodze aneksu do umowy**, zamiast jednostronnego oświadczenia Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Okres obowiązywania umowy jest jednym z jej najważniejszych postanowień, które istotnie wpływa na zobowiązania stron i gotowość do świadczenia, wobec czego decyzja w tym przedmiocie powinna stanowić wspólne ustalenia stron, nie zaś jednostronną czynność Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 projektu umowy w ten sposób, że:

poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do waloryzacji wyniesie 4%;

- 1) **zmiana możliwa będzie tylko na plus – tj. wyłącznie przez podwyższenie wartości wynagrodzenia;**
- 2) **maksymalny próg zmian umowy w ramach waloryzacji wyniesie 15% pierwotnej wartości umowy ?**

Uzasadnienie:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być dopuszczalna już w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów powyżej 4%, ponieważ nawet taki poziom wzrostu istotnie wpływa na opłacalność realizacji zamówienia i może mieć znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy. Górna granica możliwości zmiany umowy powinna zaś zostać podwyższona przynajmniej do poziomu 15%. Aktualne warunki waloryzacji nie zapewniają Wykonawcy opłacalności współpracy, tym samym nie realizując celu przepisów stanowiących o wymogu wprowadzenia do umowy ww. klauzul. Ponadto, zmiana powinna następować tylko na plus – tj. jako podwyżka wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §7 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy do 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §7 ust. 1 pkt 2) Projektu Umowy do 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 3) Projektu Umowy do 0,1 % wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 4) Projektu Umowy do 0,1% wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 30

dotyczy §2 ust. 6 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości brutto Umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 31

Pakiet 13. Poz. 1.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu: Nóż jednorazowy typu Crescent, przeznaczony do cięcia 2,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 gaz okulistyczny SF6 w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z 3 zestawami do podaży w składzie: 3 x strzykawka 60 ml, 3 x filtr 0.20 um, 3 x igła 30G, 3 x opaska dla pacjenta. Czas efektywnej tamponady 7 dni. Wykonawca w przypadku dopuszczenia opisanego produktu zwraca się z prośbą o odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 pozycja nr 1 dekalinę w fiolkach 7 ml o następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm³]: 1.91 - 1.93 g/cm³; lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 pozycja nr 2 olej silikonowy 1300 mPas, w ampulkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 1300 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm³, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 pozycja nr 3 olej silikonowy 5700 mPas w ampulkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 5700 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm³, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 36**Pakiet 20.**

Czy zamawiający dopuszcza Implant oczodolowy jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo wykonany z HDPE (PoluEtylen) z platformą do wszycia. Platforma składająca się z ośmiu portów do wszycia tkanek. Porowatość w zakresie 40-60%. Rozmiary: 12mm 14mm 16mm, 18mm, 20mm, 22mm (rozmiary 12 i 14 mm nie posiadają platformy do szycia mięśni) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Część 2,

Czy Zamawiający, w części 2, dopuści paski fluoresceinowe pakowane po 100 szt z przeliczeniem ilości tj : 90 op / 100 szt, łącznie 9000 szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Część 11, pozycja 2

Czy Zamawiający mógłby wydzielić w części 11, pozycję nr 2 do osobnej części, co pozwoliłoby wziąć udział większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 39

Część 11, pozycja 1

Czy Zamawiający w części 11, pozycja 1 dopuści osłony oka jednorazowe, samoprzylepne z otworami do cyrkulacji powietrza w części plastikowej ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 40

Część 14, pozycja 6

Czy Zamawiający mógłby wydzielić w części 14, pozycję nr 6 do osobnej części, co pozwoliłoby wziąć udział większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 41

DOTYCZY pakiet nr 13.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji nr 2 (Nóż jednorazowy typu Stab, 15 stopni, skośny, przeznaczony do portu bocznego) do osobnego pakietu, co pozwoliłoby wziąć udział większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 42

DOTYCZY pakiet nr 13.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 pozycja nr 1 nóż jednorazowy typu Crescent w rozmiarze 2,6mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści noże pakowane w op. handlowych a'6szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Czy w Pakiecie nr 8 Zamawiający dopuści nici 10,0 niewchłaniające, polipropylenowe, monofilamentowe, kolor niebieski o długości nici 20 cm, igły proste 2 sztuki o średnicy igły 0,14mm i długości igły 16 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści Iglę do znieczulenia pozagalkowego typu Atkinson 23G, prostą o długości 38 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Czy w Pakiecie nr 13 Zamawiający dopuści nóż jednorazowy typu Crescent 2,3mm zagięty pod kątem 60 stopni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Czy w Pakiecie nr 13 Zamawiający dopuści noże pakowane w op. handlowych a'6szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Czy w Pakiecie nr 15 Zamawiający dopuści strzałki spongostanowe PVA pakowane w sterylne pakiety po 5 szt., w op. handlowych a'200szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Czy w Pakiecie nr 20 poz. 2 Zamawiający dopuści Conformer jednorazowego użytku w 3 dostępnych rozmiarach: mały: 22x19x1,2mm, średni: 24x21x1,2mm, duży: 25x22x1,2mm, posiadający w środku dwa otwory na wentylację, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tym pakiecie preparatu wiskoelastycznego o poniższych parametrach fizykochemicznych:

Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu;

Pochodzenie polimeru: biofermentacja;

Stężenie hialuronianu sodu: 1.6%;

Masa cząsteczkowa (Daltony): około 3 mln;

Lepkość (mPas): średnio 400 000;

Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350;

pH: 6.8 - 7.6;

Okres ważności: 3 lata;

Temperatura przechowywania: 2C do 25C;

Objętość strzykawką (ml): 1.1;

Rozmiar kaniuli (Gauge): 27?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny zawierający 1.4% Hialuronian sodu. Osmolarność 300-350 mOsm/kg ,masa cząsteczkowa 3 Daltonów ,lepkość 200 000 mPas, Ph 6,8-7,6. Objętość 1,1 ml , ampulkostrzykawka. W komplecie kaniula do podaży preparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści czysty gaz SF6 wykorzystywany do tamponady, zapakowany do pojemnika z łącznikiem w zestawie z pojedynczą strzykawką o poj. 60ml ,filtrem sterylizującym ,kranikiem trójdrożnym ,igłami 30 G i 27 G .? Strzykawka zawiera procentową podziałkę w celu precyzyjnego mieszania

Procentowego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuści sterylny niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej 2%

hydroxypropylmetylcelulozy, o małym napięciu powierzchniowym i niskiej masie cząsteczkowej , o ph 6,8-7,5 i lepkości 4500 mPas

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Pakiet 20.

Czy zamawiający dopuszcza Implant oczodolowy jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo wykonany z HDPE (PoluEthylen) z platformą do wszycia. Platforma składająca się z ośmiu portów do wszycia tkanek. Porowatość w zakresie 40-60%. Rozmiary: 12mm 14mm 16mm, 18mm, 20mm, 22mm (rozmiary 12 i 14 mm nie posiadają platformy do szycia mięśni)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

dotyczy pakietu nr 1: Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da i lepkości 400 000 mPas i pH: 6.8-7.6?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

dotyczy pakietu nr 2: Czy zamawiający dopuści również paski pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

dotyczy pakietu nr 3: Czy zamawiający dopuści również błękit w fiolkach pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

dotyczy pakietu 12: Czy zamawiający dopuści również lepkość 5250-8750 mPas?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 58

dotyczy pakietu 13 pozycji 1: Czy zamawiający dopuści również nóż zagięty pod kątem 60 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

dotyczy pakietu nr 15:

Czy zamawiający dopuści również strzałki w blistrach po 5 sztuk , opakowanie zbiorcze 50 blistrów czyli 250 sztuk, możliwość zamawiania strzałek na blistry.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

dotyczy pakietu 33 pozycji 1: Czy zamawiający dopuści również dekalinę o poniższych parametrach:

Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiołce 5 ml, czysty płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przezroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodorową, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +-2 stopnie C od 2.66cSt do 3.00 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 61

dotyczy pakietu 33 pozycji 2: Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Sterylny olej polidimetylosiloksanowy w czystej postaci, optycznie przezroczysty, apirogenny, bezbarwny, wysoce oczyszczony olej silikonowy stosowany do tamponady wewnątrzgalkowej w trakcie zabiegu witrektomii.

Wzór cząsteczkowy $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}-[(\text{CH}_3)_2\text{SiO}]_n-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$

- nie zawiera konserwantów
- lepkość 950-1050 mPas w temperaturze 25°C
- współczynnik refrakcji 1401 do 1405 (w temperaturze 25°C $\pm 2^\circ\text{C}$)
- Gęstość względna: 0,97g/cm³ w 25°C
- ciężar właściwy 0,967 do 0,975
- szklana ampulkostrzykawką wypełniona 10 ml roztworu
- przechowywać w temperaturze od 2°C do 35°C

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 62

dotyczy pakietu 33 pozycji 3: Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Sterylny, apirogenny, bezbarwny, wysoce oczyszczony olej silikonowy

- nie zawiera konserwantów
- lepkość 5000 mPas
- współczynnik refrakcji od 1,400 do 1,405 (w temperaturze 25°C $\pm 2^\circ\text{C}$)
- ciężar właściwy 0,97 g/cm³ w temperaturze 25°C
- szklana ampulkostrzykawką wypełniona 10 ml roztworu
- przechowywać w temperaturze od 2°C do 35°C

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 63

(pakiet 1) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 1,2-2,0 mlnD, lepkości ok. 30 000 mPas, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 64

(pakiet 9) Czy Zamawiający dopuści gaz SF₆ posiadający pojemnik z gazem 50ml, strzykawkę 50ml z podziałem milimetrycznym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 65

(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulania pozagłokowego typu Atkinson 0.50x38mm 25G?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 66

(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulania pozagłokowego typu Atkinson 0.60x38mm 23G?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszczają.

Pytanie nr 67

(umowa § 4) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin realizacji dostaw bieżących dla wszystkich pakietów (z wyłączeniem pakietu nr 20) wynosi do 48 godzin, zgodnie z zapisem z § 4A ust. 7.

Odpowiedź: Patrz zmodyfikowany SWZ II w tym zakresie.

Pytanie nr 68

pakiet 6

Czy zamawiający dopuszcza Iglą z prowadnicą do kanaliką łzowego do zabiegów udrażniania kanalików łzowych(DCR), igła 0,4 mm x 111 mm z drenikiem silikonowym dl. 30 cm i urządzeniem odbierającym (haczykiem)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

pakiet 20

Czy zamawiający dopuszcza Implant oczodołowy jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo wykonany z HDPE (PoluEthylen) z platformą do wszywania. Platforma składająca się z ośmiu portów do wszywania tkanek. Porowatość w zakresie 40-60%. Rozmiary: 12mm 14mm 16mm, 18mm, 20mm, 22mm (rozmiary 12 i 14 mm nie posiadają platformy do szycia mięśni)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje również o zmianie terminu składania i otwarcia ofert :

Nowy termin składania ofert do dnia 16.03.2026 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 16.03.2026 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.