

Kraków, 25.03.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z INFORMACJĄ
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 32/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania nr 1

1/ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dotychczas używanych analizatorów wraz z wymaganym wyposażeniem wg swz? Oferowane analizatory, w pełni sprawne, gotowe do pracy, z aktualnym przeglądem wg zaleceń producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia-

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do fibrynogenu bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego wraz z zestawem kalibratorów (co najmniej 5 poziomów)? Odczynnik do wykorzystania w analizatorze podstawowym i backup?
- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora i odczynnika do fibrynogenu o liniowości 0,53 -11,5 g/l? Dotyczy analizatora podstawowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia - Pozycja nr 1 wykazu badań - przypadku zaoferowania odczynników dla D-dimerów o liniowości równej lub niższej 5000 ng/ml – Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył bezpłatnie odczynniki do wykonania rozcieńczenia D-dimerów w ilości 40% całkowitej ilości testów.

Uwzględniając rodzaj umowy związanej z odpłatną dostawą przedmiotu zamówienia wnioskujemy o usunięcie zapisu o bezpłatnym dostarczeniu odczynników z racji niemożności weryfikacji powyższego zapisu na etapie realizacji?

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o możliwość doliczenia do wymaganej ilości oznaczeń dodatkowych 40% odczynników niezbędnych do wykonania podstawowej ilości testów? (przy zaoferowaniu liniowości testu niższej niż 5000ng/ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dodał odczynnik w ramach szacowanej liczby badań przedstawionej w załączniku A.

4/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia – zapis „Wykonawca ma podać ilości pełnych opakowań z uwzględnieniem trwałości odczynnika roboczego na pokładzie analizatora, objętości martwej odczynnika, trwałości materiałów kontrolnych, testów na kalibrację” .

Wnioskujemy o rezygnację z konieczności kalkulowania ilości oferowanych odczynników z uwzględnieniem trwałości odczynnika na pokładzie w przypadku badań wykonywanych w mniejszej ilości tj.: Fibrynogen, TT i ATIII. Prosimy, by w przypadku tych badań wymóg uwzględnienia trwałości odczynników na pokładzie został zastąpiony koniecznością zaoferowania ilości opakowań pozwalającej na zachowanie dostępności badania przez cały okres trwania umowy, przy możliwości porcjowania i przechowywaniu odczynnika roboczego w lodówce bądź zamrażarce. Pozwoli to na ekonomiczne skalkulowanie oferty zgodne z powszechnie stosowaną praktyką laboratoryjną. W przeciwnym razie koniecznym będzie zaoferowanie większej ilości odczynnika, która nie zostanie wykorzystana, a która podniesie koszty oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku: Fibrynogen, TT i ATIII. Zgodnie z GLP proszę o przedstawienie zapisów dotyczących porcjowania i przechowywania odczynnika roboczego.

5/ Dotyczy zał. nr 1 do swz –opis przedmiotu zamówienia- *parametry wymagane- Czy Zamawiający przez zapis analizator podstawowy o wydajności min 360 ozn./h miał na myśli jego wydajność dla PT?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6/ Dotyczy zał. nr 1 do swz –opis przedmiotu zamówienia- *parametr wymagany- „Płynny załadunek/wyładunek próbek badanych w analizatorze podstawowym”.*

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator podstawowy miał możliwość dostawiania odczynników w każdym momencie bez przerywania/pauzowania pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia- *parametr wymagany- „Aparaty posiadają opcję STAT (cito)”.*

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator podstawowy miał możliwość programowania próbki STAT dla dowolnego miejsca i w każdym załadowanym statywie na materiał badany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia- *parametr wymagany- „Zapewnienie pomocy merytorycznej w interpretacji wyników”.*

Uwzględniając rodzaj zamówienia, które wymaga doświadczenia w obsłudze i jego realizacji czy Zamawiający wymaga aby osoba zapewniająca pomoc merytoryczną (serwis) miała udokumentowany MINIMUM pięcioletni staż w tym zakresie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

9/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia- *parametr wymagany- „Zapewnienie oprogramowania umożliwiającego zdalne monitorowanie pracy analizatorów, pozwalającego na wczesne wykrycie awarii”*

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia oprogramowania umożliwiającego zdalne monitorowanie pracy analizatorów? Wykonawca zapewnia serwis u klienta na warunkach swz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał zmiany SWZ we wskazanym zakresie.

10/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia- *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań z opracowaniem statystycznym wyników przez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych dla oznaczeń, których wykonywana ilość w czasie trwania umowy jest większa 100 tj. dla: D-Dimer, Czas protrombinowy, APTT, Fibrynogen, Czas trombinowy i Antytrombina III?*

Odpowiedź: Tak.

11/ Dotyczy zał. nr 1 do swz –opis przedmiotu zamówienia- **I. Odczynniki** -tabela cenowa: Prosimy o potwierdzenie, że w celu zaferowania odpowiedniej ilości asortymentu Wykonawcy w tabeli w kolumnie „Ilość JM / zaokrąglona do pełnych opakowań” winni podać odpowiednią ilość opakowań zgodnie z wymaganiami pod tabelą cenową, jednocześnie podając kwotę netto za opakowanie (kolumna kwota netto za j.)? Na tej podstawie Wykonawcy wyciągną wartość netto i brutto danej pozycji asortymentowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia-Zestawienia parametrów technicznych analizatora - Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego czasu reakcji serwisu o zapis „maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 godzin w dni robocze, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

13/ Dotyczy zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia-Zestawienia parametrów technicznych analizatora -

Uwzględniając rodzaj umowy wnosimy o usunięcie warunku z załącznika nr 1 do swz – „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy - wymiana analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń na nowe o identycznych lub lepszych parametrach jak zaoferowane, na koszt wykonawcy do 24 godzin od zgłoszenia do serwisu.”

Uzasadnienie:

W projekcie umowy § 4 ust. 1 i 2 „1. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru serwisowego sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Sprzedający zobowiązuje się utrzymywać sprzęt w pełnej gotowości do wykonywania badań przez cały okres obowiązywania umowy, w tym zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw i wymiany części zużytych w wyniku normalnej eksploatacji”.

,nie ma więc znaczenia, który podzespół czy moduł oraz ile razy potencjalnie ulegnie awarii. Każda awarię Dzierżawca jest zobowiązany usunąć maksymalnie w ciągu 24 godzin, a dopiero po upływie 3 dni roboczych przestoju musi wstawić urządzenie zastępcze lub pokryć wykonywanie na zewnątrz (par. 5 ust. 3-5).

Wskazujemy ponadto, że zapis jest nieprecyzyjny i niesie ryzyko nadinterpretacji. Przedmiot zamówienia jest to dzierżawa urządzenia, zatem obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienia standardu serwisu i pełnej sprawności urządzenia zgodnie z potrzebami Zamawiającego, dla zapewnienia wykonywania badań. Podsumowując

żądanie wymiany po wystąpieniu trzech awarii w całym okresie trwania umowy jest bezzasadne i wnosimy o

– jego wykreślenie z zapisów parametrów wymaganych (klauzula abuzywna).

W przypadku braku zgody na wykreślenie w/w zapisu warunków wymaganych wnosimy o uzasadnienie i uszczegółowienie wymagania tego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie.

14/ Dotyczy §8 pkt. 2 projektu umowy

Prosimy o dopuszczenie krótszego terminu ważności towaru na zgodny ze specyfiką oferowanego asortymentu jednak nie krótszego niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia zamówionej partii towaru?

Uwzględniając rodzaj asortymentu producent nie jest w stanie zapewnić na cały asortyment wymaganego 12 miesięcznego terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, za wyjątkiem odczynników: ATIII, Białko C, Białko S, czynnik VIII, antykoagulant toczniowy test przesiewowy, antykoagulant toczniowy test potwierdzający, monitorowanie heparyny drobnocząsteczkowej – termin ważności 12 miesięcy.

15/ Czy zamawiający akceptuje zmianę umowy w par 11 ust 1 pkt 2 oraz pkt 4 polegająca na zastąpieniu stawki dziennej stawką procentową 0,1% wartość towaru dostarczonego w zwłoce, za każdy dzień zwłoki.

Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością dostosowania poziomu kar do warunków powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym w analogicznych okolicznościach.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

16/ Uwzględniając krótki czas umowy czy Zamawiający dopuści pozostawienie dotychczas używanych pipet w celu prawidłowej rekonstrukcji odczynników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących walidacji.

17/ Dotyczy projektu umowy dostawy- pak. 11 – prosimy o dodanie, celem doprecyzowania:

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Równocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2026 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 30.03.2026 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 30.03.2026 roku godz. 09:30

Załącznikiem jest Zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany).

*Z poważaniem,
Sekcja Zamówień Publicznych*