

Kraków, 10.04.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZYODPOWIEDŹ NA PYTANIE, SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 38
Z DN. 02.04.2026 ROKU I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**dot. sprawy: 18/ZP/2026**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1/ Dotyczy Pakietu nr 32 - Pozycja nr 2483: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z systemem operacyjnym równoważnym np. Linux?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z innym systemem operacyjnym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 32 pozycja 2483	Komputer sterujący z systemem operacyjnym Windows wyposażony w system operacyjny zapewniający prawidłową współpracę z urządzeniem.
------------------------	--

2/ Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie treści §12 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. W projekcie umowy wskazano, że Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę aparatu/sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt objęty umową. Jednocześnie w udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach na pytania Wykonawców wskazano, że Zamawiający nie wyraża zgody na takie odstąpienie od kar umownych. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który zapis jest obowiązujący oraz – w razie potrzeby – o wprowadzenie stosownej korekty do wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający prostuje treść odpowiedzi na pytanie nr 38 z dnia 02.04.2026 r.

JEST:

38/ Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie lub wymianie sprzętu na nowy, jeśli wykonawca na ten czas dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? Sprzęt zastępczy zapewni ciągłość pracy i pełną funkcjonalność narzędzi, zachowując interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

POWINNO BYĆ:

38/ Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie lub wymianie sprzętu na nowy, jeśli wykonawca na ten czas dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? Sprzęt zastępczy zapewni ciągłość pracy i pełną funkcjonalność narzędzi, zachowując interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej 3) 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu aparat/sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy

Równocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2026 roku.

Nowy termin składania ofert do dnia 17.04.2026 roku do godz. 08:00.

Nowy termin otwarcia ofert dnia 17.04.2026 roku godz. 09:00.

Załącznikiem jest Zmodyfikowany SWZ II (na czerwono zmiany).

*Z poważaniem,
Sekcja Zamówień Publicznych*