

Kraków, 02.04.2026 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**dot. sprawy: 18/ZP/2026**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytania nr 1**

1/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego jest możliwy w zakresie do 300°?

Pełny obrót czaszy w większości przypadków nie jest potrzebny, ponieważ przy zabiegach medycznych nie ma potrzeby oświetlania sufitu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

2/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną która posiada 12 diod LED?

Sama w sobie ilość diod LED nie ma wpływu na parametry światła.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

3/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną bez możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy?

Diody LED mają trwałość powyżej 60 000h pracy więc nie potrzebują takiego rozwiązania.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

4/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której regulacja natężenia światła odbywa się w 10 krokach?

Jest to lepszy parametr od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania lepsze niż wymagane, ale nie wymaga zaoferowanego parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

5/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o współczynniku Ra równym 96?

Przy lampach zabiegowych jest to zazwyczaj wystarczająca wartość.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

6/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o współczynniku R9 równym 90?

Przy lampach zabiegowych jest to zazwyczaj wystarczająca wartość.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

7/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o temperaturze barwowej 4500K?  
Jest to prawie identyczna temperatura do wymaganej.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

8/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o wgłębności oświetlenia (L1 + L2) wynoszącym 150 cm?  
Jest to wartość bardzo zbliżona do wymaganej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

9/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o poborze mocy wynoszącym 27W?  
Jest to wartość bardzo zbliżona do wymaganej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

10/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną o stopniu ochrony IP 20 dla czaszy oraz ramienia?  
Doświadczenie pokazuje że jest to wystarczający stopień ochrony dla lamp zabiegowych używanych w typowych pomieszczeniach medycznych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

11/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której osłona diod LED wykonana jest ze szkła bezpiecznego?  
Jest to bardzo trwałe rozwiązanie bez ryzyka matowienia.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

12/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach?

- Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna
- Dodatkowe ramię pod dwa monitory
- Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).
- Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): 1781 [mm]
- Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1981 [mm]
- Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy (obie czasze).
- Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona horyzontalne i sprężyste (obie czasze).
- Możliwość obrotu głowicy o 330° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym (obie czasze)."
- Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „cieple”)
- Czasze wyposażone w automatyczny system redukcji cieni 2R wynikający z budowy diod LED oraz specjalnych zwierciadeł
- Plama świetlna w kształcie koła
- "Natężenie światła E<sub>c</sub> max. z odległości 1 m:

- dla czaszy głównej: 160 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux"
- Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 98
- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 97
- Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: 98
- głębokość oświetlenia dla (L1 + L2) 20 % - 1400 mm
- ilość diod LED – 84
- zakres temperatur barwowych 3800 - 5400 K
- elektroniczna regulacja średnicy pola operacyjnego – 170 – 380 mm za pomocą panelu sterowania zlokalizowanego przy przegubie czaszy
- regulacja natężenia oświetlenia – 3% – 100% wliczając światło endoskopowe
- pozycjonowanie czasz wielorazowym, sterylizowalnym uchwytem umieszczonym w centralnym punkcie czaszy
- Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]
- Stopień ochrony IP 42 dla czasz i ramion
- żywotność źródła światła – powyżej 60 000 h
- Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
- Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
- Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
- Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.
- Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz
- Mocowanie wielorazowego uchwyty sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.

#### Sterowanie funkcjami lampy:

- Włączanie i wyłączanie lampy
- Regulacja intensywności światła
- Regulacja temperatury barwowej
- aktywacja funkcji światła endoskopowego
- Regulacja średnicy plamy świetlnej.
- Aktywacja „Oświetlenia dyskretnego”, które podświetla tło.

#### - Parametry kamery FHD:

Czujnik obrazu - 1/2,5-typowy CMOS

Piksel - 8,3 megapiksela

Rozdzielczość - 3840 x 2160 skanowanie progresywne

Obiektyw - f = 4,4 mm (szeroki) i 88,4 mm (teleobiektyw), F2,0 (szeroki) i F3,8 (teleobiektyw)

Zoom - zoom optyczny: 20x; zoom cyfrowy: 12x; zoom optyczny + cyfrowy: 240x

Poziomy kąt widzenia - 59,9° (szeroki kąt) i 3,5° (teleobiektyw)

Minimalna odległość obiektu - 80 mm (szeroki kąt), 800 mm (teleobiektyw)

Liczba klatek na sekundę - regulowana: 25/30 kl./s (50/60 kl./s w trybie HD)

Wymienna rozdzielczość - 4K/FULL HD

Balans bieli - Automatyczny, Manualny

Kontrola ekspozycji (tryb AE) - Automatyczna, Manualna

System ostrości - Automatyczny, Manualny

Wyjście wideo - W zależności od wyboru: KABEL (SDI - HDMI/DVI). Opcjonalnie WIFI (HDMI/DVI - szyfrowanie, bezpieczny protokół AES-256, wymiana kluczy RSA-1024)

Konsumpcja - 8 W

#### Funkcje kamery FHD:

- Przycisk włączania/wyłączania przycisk I/O

- Obrót obrazu
- Regulacja zoomu
- Regulacja ostrości (automatyczna i manualna)
- Regulacja ekspozycji (automatyczna i manualna)
- Zatrzymanie kadru (Freeze frame)
- Balans bieli

Funkcjami kamery można sterować bezpośrednio za pomocą pilota na podczerwień lub za pomocą sterownika ściennego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodność parametrów zostanie oceniona na etapie sprawdzania ofert. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

### Pytania nr 2

13/ Czy zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku naprawy dłuższej niż 192 godziny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

14/ Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu potrzebnego na sprowadzenie części z zagranicy do 240 godzin przypadających w dni robocze?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

### Pytania nr 3

15/ **Pakiet nr 6:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa **łóżek szpitalnych intensywnej terapii – 16 szt**, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji.

**Pytanie 1 dot.pkt.605:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka intensywnej terapii, którego kąt pochylenia segmentu oparcia jest regulowany elektrycznie w zakresie 0°-67° co jest wartością wystarczającą do komfortowego i bezpiecznego ułożenia pacjenta w każdej pozycji terapeutycznej włącznie z pozycją pełnego fotela. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

16/ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

**Pytanie 2 dot. pkt. 28:** Mając na uwadze, iż w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający określił różne okresy wymaganej bezpłatnej opieki gwarancyjnej dla różnych pakietów sprzętowych zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego okresu pełnej bezpłatnej gwarancji na łóżko wraz z materacem i całym wyposażeniem na 48 miesięcy lub zastosowanie punktacji gdzie za 48 miesięcy przyznawane byłoby 0 punktów, a za 60 miesięcy ich maksymalna ilość.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

## Pytania nr 4

## 17/ Tytuł: Łóżko szpitalne intensywnej terapii 16 sztuk (pakiet nr 6)

**Poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka o bezpiecznym obciążeniu roboczym (SWL) wynoszącym 249,5 kg (550 lb)?

Pragnę zaznaczyć, że oferowane łóżko ProCuity jest konstrukcją dedykowaną do najbardziej wymagających warunków intensywnej terapii, a wskazana wartość obciążenia jest optymalna dla standardów światowych w tej klasie sprzętu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

18/ **Poz. 14; Poz. 15; Poz. 16; Poz. 17** – Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość całkowita 229,2 cm (rozszerzalna do 264,8 cm z przedłużeniem leża) oraz szerokość całkowita wynosząca 106,7 cm?

Zastosowanie ramy o tych wymiarach wynika z zaawansowanej konstrukcji osłon barierek bocznych oraz zintegrowanego systemu napędowego, co bezpośrednio przekłada się na stabilność i bezpieczeństwo pacjenta

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

19/ **Poz. 22** – Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego maksymalna wysokość leża wynosi 76,2 cm (lub 81,3 cm w wersji z opcjonalnym systemem wspomagania jazdy Zoom)?

Oferowane zakresy wysokości są zgodne z normami ergonomii pracy personelu przy łóżkach typu ICU

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

20/ **Poz. 28** – Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu oparcia (Fowler) wynoszącym 0-65°? Należy podkreślić, że zakres ten, w połączeniu ze zintegrowanym materacem Isolibrum PE i funkcjami takimi jak autokontur, zapewnia pełen komfort terapeutyczny i skuteczną profilaktykę płucną u pacjentów w stanach ciężkich

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

21/ **Poz. 31**- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające przechyły wzdłużne w zakresie +12° (Trendelenburg)

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

22/ **Poz. 32** - Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające przechyły wzdłużne w zakresie -10° (anty-Trendelenburg)?

Są to wartości typowe dla nowoczesnych konstrukcji łóżek wysokospecjalistycznych, umożliwiające realizację wszystkich niezbędnych procedur medycznych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

23/ **Poz. 34** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym funkcja CPR (natychmiastowe wypoziomowanie oparcia) jest aktywowana za pomocą obustronnych, ręcznych uchwytów zwalniających, umieszczonych w łatwo dostępnym miejscu ramy leża?

System ten jest wysoce intuicyjny i pozwala na natychmiastową reakcję personelu w stanach nagłych, bez konieczności szukania dźwigni nożnej pod podwoziem łóżka

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

24/ **Poz. 44** – Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system ważenia sklasyfikowany według normy jako NAWI Class IIII (klasa IV)?

Oferowany system wagi w łóżku ProCuity charakteryzuje się wysoką precyzją ( $e = 2$  kg dla pacjentów powyżej 100 kg) oraz posiada pełną funkcjonalność śledzenia historii zmian masy ciała (do 40 zapisów), co spełnia wymogi kliniczne Oddziałów Intensywnej Terapii

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

#### Pytania nr 5

25/ Dotyczy pakietu nr 24

W związku z tym, że cieplarki nie są wyrobami medycznymi tylko laboratoryjnymi prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przedmiotu postępowania jako produkty laboratoryjne ze stosowną Deklaracją Zgodności.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

#### Pytania nr 6

26/ Czy zamawiający dopuści do zaoferowania znaną mu wysokiej jakości Elektromagnetyczną nawigację chirurgiczną dla onkologii laryngologicznej dopuszczając parametry w poniższych punktach:

**Lp.2480**

Monitor dotykowy wielkości 27 cali o rozdzielczości 1920x1080 dpi, 50/60Hz, zintegrowany z wózkiem?

**Lp.2481**

Urządzenie zaopatrzone w uniwersalną rękojeść/odbiornik pozwalającą na dołączenie co najmniej 6 wielorazowych narzędzi producenta, adaptery do narzędzi innych producentów, a także innych narzędzi dostępnych na rynku bez konieczności montażu specjalnego modułu elektromagnetycznego ?

**Lp.2482**

Urządzenie zaopatrzone w 4 rodzaje emiterów, które mogą być umieszczone w dowolnym miejscu na głowie pacjenta w zależności od potrzeb i bez konieczności podkładania drugiego emitera pod głowę pacjenta?

**Lp.2484**

Urządzenie bez wbudowanego UPS ale z funkcją automatycznego przywracania zadanych przez użytkownika konfiguracji po ponownym uruchomieniu zasilania ?

**Lp.2485**

Urządzenie z oprogramowaniem do zdefiniowania punktów docelowych i alarmowych (punktów walidacji pożądaných lub punktów alarmowych) do planowania interwencji FESS oraz operacji podstawy czaszki i bocznej podstawy czaszki ?

**Lp.2486**

Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym za pomocą manewru rękojeścią narzędzi ?

**Lp.2490**

Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod spośród:

- a) porównanie dwóch obrazów
- b) przezroczystość obrazów
- c) wirtualna rekonstrukcja i dostępność 3-ch widoków: poprzeczny, strzałkowy i czołowy oraz ich porównanie.
- d) porównanie modeli 3D skanów TK i obrazów MRI.
- e) porównanie obrazów w czasie rzeczywistym podczas nawigacji dzięki multimodalnemu, jednoczesnemu wyświetlaniu obrazów / fuzji obrazów TK i MR ?

**Lp.2494**

System informujący użytkownika na początku procesu wczytywania obrazów, który wykrywa i wskazuje, czy wystąpił błąd DICOM ?

**Lp.2496**

Obróbka obrazu 2D, w zakresie min: jasność, kontrast, zoom, rotacja obrazu 3D ?

**Lp.2500**

Urządzenie nieobsługujące fabrycznie skalibrowanych przez producenta narzędzi elektromagnetycznych giętkich ale z możliwością wygięcia i skalibrowania wielorazowych narzędzi różnych producentów?

**Lp.2501**

Możliwość widoku rekonstrukcyjnego 3D za pomocą innego oprogramowania ?

**Lp.2504**

Informacja na obrazie bieżącej widoczności narzędzia w polu operacyjnym. Nasze urządzenie może współpracować z wieloma wielorazowymi narzędziami różnych producentów, dlatego nie ma zaprogramowanego kształtu i nazwy narzędzi ?

**Lp.2510**

Rejestracja powierzchniowa z opcją detekcji manualnej przy użyciu narzędzi lub markerów dowolnego producenta (nie tylko fiducial markers określonego producenta systemu nawigacji?)

**Lp.2514**

Urządzenie wyposażone w zestaw instrumentów wielorazowych do operacji larynologicznych i otologicznych, autoklawowalnych, bez ograniczenia liczby zabiegów:

- sonda rejestracyjna
- ssaki proste (o różnej średnicy)
- ssaki zagięte (o różnej średnicy)
- ssaki podwójnie zagięte
- sonda prosta
- sonda zagięta
- adaptery do shaverów różnych producentów
- możliwość obsługi innych narzędzi, niedostarczanych przez producenta ?

**Lp.2515**

Urządzenie niepotrzebujące specjalnych JEDNORAZOWYCH cewek kalibrujących, umożliwiające kalibrację większości narzędzi dostępnych na rynku ?

**Lp.2516**

Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. Urządzenie nie potrzebuje stosowania żadnych narzędzi jednorazowych ale nie ma możliwości dołączenia jednorazowych, automatycznie skalibrowanych ssaków giętkich ?

**Lp.2517**

Urządzenie niewymagające stosowania cewek na instrumencie ?

**Lp.2519**

Urządzenie niewymagające specjalnych akcesoriów jednorazowych z wyjątkiem standardowo stosowanych osłon na przewody łączące?

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

**Pytania nr 7**

27/ Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań

Pakiet nr 13 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Podpora anestetyczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kąтового.

Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kąтового, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętle.

Materac podpory (450mm) wkłęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2?

Pragniemy zauważyć, że różnica ta jest nieznaczna i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

28/ Pakiet nr 14 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Podpora anestetyczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kąтового.

Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kąтового, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętle.

Materac podpory (450mm) wkłęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2?

Pragniemy zauważyć, że różnica ta jest nieznaczna i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

29/ Pakiet nr 15 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Podpora anestetyczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kąтового.

Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kąтового, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętle.

Materac podpory (450mm) wkłęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 6 ?

Pragniemy zauważyć, że różnica ta jest nieznaczna i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

30/ Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podane ilości wyposażenia (dla obu stołów) to ilości dla obu stołów łącznie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagane ilości akcesoriów są dla obu stołów.**

31/ Pakiet nr 16 - stół operacyjny do laryngologii onkologicznej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Specjalistyczne przedłużenie blatu wykonane z włókna węglowego.

Przedłużenie długości 1200mm, montowane w miejscu podnóżków stołu operacyjnego.

Przedłużenie bez możliwości rozbudowy w adaptery oraz podglówki w całości przeziernie dla RTG.

Możliwość zastosowania z przedłużeniem posiadanego przez Zamawiającego podglówka do neuro nawigacji (segment nie emitujący zakłóceń).

Segment (przedłużenie wyposażone w 2 materace – standardowy, pełny o właściwościach jak pozostałe materace stołu oraz w drugi, o grubości jak pozostałe materace natomiast z otworem kwadratowym, umożliwiającym montaż (zagłębiony) posiadanego podglówka neuro nawigacji?

Pragniemy zauważyć, że różnica ta jest nieznaczna i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

32/

Pakiet nr 13 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt

Pakiet nr 14 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt

Pakiet nr 15 - stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 2 szt

Pakiet nr 16 - stół operacyjny do laryngologii onkologicznej – 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrównanie minimalnego okresu gwarancji stołów operacyjnych w pakietach 13, 14, 15, 16 do okresu gwarancji stołów operacyjnych w pakietach 17 oraz 18 czyli do 48 miesięcy?

Pragniemy zauważyć, że pozwoli to Zamawiającemu na zakup stołów w znacznie korzystniejszej cenie przy zachowaniu długiego okresu gwarancyjnego

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

#### Pytania nr 8

33/ **Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 21 – Myjnia do obuwia operacyjnego – 2szt.**

Prosimy o doprecyzowanie pkt. 274 oraz 275 czy Zamawiający oczekuje dostarczenia do każdej zaoferowanej myjni jednego kompletnego wózka do mycia max. 28 szt. obuwia operacyjnego, czy 2szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do każdej myjni wymaga wózka wsadowego z wkładem do mycia obuwia pooperacyjnego o pojemności minimum 28 szt. (14 par obuwia). Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

#### Pytania nr 9

34/ Dotyczy: Pakiet Nr 31 Tor wizyjny do chirurgii endoskopowej onkologiczno-laryngologicznej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h od zgłoszenia awarii w okresie trwania gwarancji i dla zgłoszeń pogwarancyjnych? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

35/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego z uwagi na fakt, że w siedzibie Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności związane z konserwacją i przeglądem technicznym sprzętu, a naprawy wykonywane są w centrum serwisowym producenta.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

36/ Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, w szczególności wynikających z niewłaściwego użytkownika lub z winy użytkownika. Gwarancja obejmuje natomiast wady fizyczne urządzenia wynikające z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia, ujawnione w okresie gwarancyjnym.**

37/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 20 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

38/ Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie lub wymianie sprzętu na nowy, jeśli wykonawca na ten czas dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? Sprzęt zastępczy zapewni ciągłość pracy i pełną funkcjonalność narzędzi, zachowując interesy Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

39/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: wózka aparaturowego LC, uchwytu kamery, wyciągnika, pokrywy tacy drucianej, maty silikonowej, kolków mocujących, pasków silikonowych, uchwytu kamery/butelki, mobilnego stojaka COR, zestawu listw z gniazdkami i przewodem zasilającym, szuflady, moduł monitora, bazy mobilnego stojaka COR, przeciwwagi do mobilnego stojaka COR, pokrywy górnej uchwytu monitora do mobilnego stojaka COR, list z gniazdkami i przewodem zasilającym do stojaków COR, listw dodatkowych do wózków COR, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu MDR obowiązki oznakowania znakiem CE ani innym specjalnym wymogom posiadania atestów, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyceński)? Wyroby te spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i przeznaczone są przez producenta do pracy w środowisku bloku operacyjnego/sali operacyjnej, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

40/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikatów CE lub Deklaracji zgodności bez tłumaczeń na język polski?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikatów CE lub Deklaracji zgodności również w języku angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski lub angielski, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia.**

41/ Czy Zamawiający w Umowie § 12 ust. 4 a, b, c, d, e wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu czynności do 100,00 zł?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytania nr 10

42/ Pytania do opisu przedmiotu zamówienia – tabela:

Pyt. 1, pkt. 1132

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i poprawienie ewentualnej omyłki czy Zamawiający oczekuje aby blat stołu składał się z: odejmowalnego podglówka, odejmowalnej górnej płyty plecowej z możliwością jej instalacji po stronie podglówka i podnóżków, dolnej płyty plecowej nieodejmowalnej, segmentu siedziska oraz odejmowalnych podnóżków czteroczęściowych

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

43/ Pyt. 2, pkt. 1170 – 1213

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała tu oczywista pomyłka pisarska i Zamawiający zamiast podać wyposażenia stołu, powielił wymagania zawarte w punktach 1125 – 1168? Jeżeli tak – prosimy o podanie wymogów odnośnie wyposażenia stołu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

44/ Pyt. 3, XX. SERWIS POGWARANCYJNY pkt. 49

Czy Zamawiający zgodzi się, aby okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosił 7 lat od daty sprzedaży urządzeń?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

45/ Pyt. 4, pkt. 1230

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i poprawienie ewentualnej omyłki czy Zamawiający oczekuje aby blat stołu składał się z: odejmowalnego podglówka, odejmowalnej górnej płyty plecowej z możliwością jej instalacji po stronie podglówka i podnóżków, dolnej płyty plecowej nieodejmowalnej, segmentu siedziska oraz odejmowalnych podnóżków czteroczęściowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

46/ Pyt. 5, AAA. SERWIS POGWARANCYJNY pkt. 52

Czy Zamawiający zgodzi się, aby okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosił 7 lat od daty sprzedaży urządzeń?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Pytania nr 11**

47/ Dot. opisu przedmiotu zamówienia dla pakiet nr 28 - pkt. 1726, 1730, 1754, 1755, 1760

Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w opisie Warunku granicznego w punktach 1726, 1730, 1754, 1755 oraz 1760. Obecnie opisany warunek graniczny pozwala Oferentowi na zaoferowanie aparatu bez opisanych funkcjonalności, które zapewniają bezpieczeństwo w pracy Użytkownika na sali zabiegowej, jak również swobodę i komfort pracy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

48/ Dot. opisu przedmiotu zamówienia dla pakiet nr 28 - wymogu dostarczenia papierowej instrukcji obsługi (RTG z ramieniem C)

Czy Zamawiający wykreśli obowiązek dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w wersji papierowej?

Producenci podążając za wytycznymi DNSH rezygnują z przekazywania wraz z urządzeniami papierowych wersji instrukcji obsługi dołączając jedynie ich wersję elektroniczną. Pozostawiając obowiązek przedstawienia instrukcji obsługi w wersji papierowej Zamawiający sam przeczy zasadom środowiskowym i narzuca na Wykonawców konieczność niepotrzebnego zużycia zasobów środowiskowych (np. papier, energia elektryczna) na wydruk rzeczonych instrukcji.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby w pakiecie nr 28 instrukcja obsługi została dostarczona wyłącznie w wersji elektronicznej. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia został dołączony w pliku na stronie internetowej.**

49/ Dot. projektu osłon dla pakietu 28

Czy Zamawiający oczekuje wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia w którym będzie używany aparat rtg z ramieniem C? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie liczby pomieszczeń w których Zamawiający będzie używał rtg z ramieniem C, gdyż zgodnie z przepisami dla każdego z pomieszczeń należy wykonać projekt osłon stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie używany aparat RTG z ramieniem C.**

50/ Dot. opisu przedmiotu zamówienia dla pakiet nr 28 – okres gwarancji, pkt. 171, 172, 173 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.7 ust. 2.1– czas reakcji serwisu

Czy Zamawiający rozumie czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych jako kontakt telefoniczny, zdalną diagnostykę, zdalną naprawę, diagnostykę/naprawę w miejscu instalacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że przez czas reakcji serwisu rozumie podjęcie czynności serwisowych, w tym w szczególności kontakt telefoniczny, zdalną diagnostykę, zdalną naprawę oraz diagnostykę lub naprawę w miejscu instalacji urządzenia.**

51/ Dot. opisu przedmiotu zamówienia dla pakiet nr 28 – okres gwarancji, pkt. 175 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.7 ust.4: *Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy*

Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy napraw skutkujących brakiem możliwości prawidłowej eksploatacji urządzenia. W przypadku usterek niepowodujących ograniczenia funkcjonalności urządzenia, strony mogą uzgodnić termin ich usunięcia bez wpływu na przedłużenie okresu gwarancji.**

52/ Dot. opisu przedmiotu zamówienia dla pakiet nr 28 – okres gwarancji, pkt. 176 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.7 ust. 2.6: *W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe*

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Alternatywnie:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymiana sprzętu na nowy może być wymagana w wyniku konieczności wymiany części stanowiącej powyżej 60% wartości urządzenia?

**Odpowiedź: Tak, patrz zmiana SWZ w zakresie Załącznika nr 1 (OPZ) – Pakiet nr 28.**

53/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.5 ust.2 - *Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych i/ lub oprogramowania serwisowego*

Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia?

Uzasadnienie:

Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

54/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.5 ust. 2 - *Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji serwisowej*

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja techniczna ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

55/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par. 7 ust. 6

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że powierzenie usługi nastąpi tylko podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta/spełniającego wszystkie wymagania jakościowe oraz stosowne kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonywanie czynności serwisowych będzie powierzone podmiotom posiadającym autoryzację producenta lub spełniającym wymagania jakościowe oraz posiadającym odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami.**

56/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par. 8 ust. 7

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca

wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie ulega zmianie.”

Alternatywnie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 50% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upływie później.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

57/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

*„Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”?*

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazana, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

58/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy – par.12 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

*„[...], z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom“?*

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

## Pytania nr 12

56/ Dotyczy: Pakiet Nr 31 Tor wizyjny do chirurgii endoskopowej onkologiczno-laryngologicznej

Czy Zamawiający odstąpi od wymogów zawartych w Umowie § 5 ust. 2, z uwagi na to, iż zapisy te, nie dotyczą oferowanego przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

57/ Czy Zamawiający w Umowie § 7 ust. 2 pkt 6 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem do 20 dni roboczych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

## Pytania nr 13

58/

Dzień dobry

Proszę o nie odpowiadanie na wysłane pytania w dniu 19.03.2026.

Poniżej przesyłam aktualne pytania:

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respiratory renomowanego producenta o parametrach jak niżej

1	Respirator 17 sztuk
2	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia.
3	Respirator dla dzieci i dorosłych.
4	Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną.
5	Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół
9	Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna 18,3"
11	Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie od 2,7 do 6 bar
12	Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia czas pracy na akumulatorze 30 minut

13	Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze.
14	Podwyższony poziom cyberbezpieczeństwa: ustawianie indywidualnego hasła konfiguracyjnego do aparatu zapobiegające zmianom konfiguracji przez nieuprawnione osoby.
15	<b>Tryby wentylacji i nastawy</b>
16	VC-CMV, AC (CMVAssist)
17	VC-SIMV, PC-SIMV
18	PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP
19	SPN-CPAP/PS i VS
20	Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP
21	Możliwość rozbudowy respiratora o ciśnieniowy tryb wentylacji PC/PSV
22	Tryb wentylacji typu MMV
23	Tryb wentylacji typu PPS
24	Możliwość rozbudowy respiratora o tryb wentylacji typu VPS.
25	Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji.
26	Tryb wentylacji APRV z protokołem zakończenia wydechu opartym na spadku maksymalnego przepływu wydechowego.
27	Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym typu AutoFlow.
28	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG).
29	Nastawianie VT(objętości oddechowej) z uwzględnieniem kalkulacji VT/kg IBW.
30	Protokół automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomaganego ciśnienia na podstawie analizy przez algorytm etCO <sub>2</sub> , objętości oddechowej i częstości oddechu .
31	Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępna w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrzchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%.

32	Terapia O <sub>2</sub> wysokimi przepływami w zakresie od 2 do 80 l/min.
33	Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie
34	Kompensacja przecieków
35	Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień
36	Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E)
37	Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej 1 – 150 oddechów/min.
38	Objętość pojedynczego oddechu w zakresie od 20 do 3000 ml.
39	Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych od 1 do 95 cmH <sub>2</sub> O.
40	Ciśnienie wspomaganie PSV od 0 do 95 cmH <sub>2</sub> O.
41	Możliwość ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 50 cmH <sub>2</sub> O.
42	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów).
43	Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min.
44	Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganego.
45	Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganego w zakresie 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego.
46	<b>Pomiary i obrazowanie</b>

47	Rzeczywista częstość oddychania
48	Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi
49	Częstość oddechów spontanicznych
50	Objętość pojedynczego oddechu
53	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV
54	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej.
55	Objętość minutowa przecieku, objętość i proporcja przecieku.
56	Kalkulacja współczynnika $V_{ds}/V_{te}$
57	Ciśnienie PEEP
58	Ciśnienie okluzji P,01
59	NIF – Negative Inspiratory Force
60	Szczytowe ciśnienie wdechowe
61	Ciśnienie średnie.
62	Ciśnienie fazy Plateau.
63	Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną.
64	Pomiar końcowo wydechowego CO <sub>2</sub> w respiratorze.
65	Eliminacja CO <sub>2</sub> na minutę.
66	Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – utrzymanie stałego ciśnienia napędowego, funkcja link..
67	Prezentacja na kolorowym 18,3" ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO <sub>2</sub> /czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji czterech krzywych na ekranie.
68	Prezentacja na kolorowym 18,3" ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni
69	Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni.

70	Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych.
71	Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej.
72	Możliwość konfiguracji 6 ekranów.
73	<b>Alarmy</b>
74	Braku zasilania w energię elektryczną.
75	Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem.
76	Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu
77	Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej.
78	Za wysokiej objętości oddechowej TV.
79	Za wysokiej częstotliwości oddechowej – tachypnoe.
80	Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego.
81	Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku.
82	Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej.
83	<b>Inne</b>
84	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów: trzyetapowa zmiana parametrów i nastawów wymagająca potwierdzenia
85	Test respiratora na żądanie użytkownika. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji.

86	Synchroniczny, pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora.
87	Możliwość doposażenia respiratora w elektroniczny kontroler utrzymania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej wraz z 10 jednorazowymi drenami, możliwy do stosowania z różnymi respiratorami i aparatami do znieczulenia.
88	Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m.
89	Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora
90	Podpowiedzi tekstowe i graficzne na ekranie respiratora, minimum: do alarmów, trybów wentylacji, manewrów diagnostycznych, procedur czyszczenia, stanu baterii.
91	Polski interfejs i oprogramowanie aparatu.
92	Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu.
93	Min.2-letnia gwarancja
94	<b>Akcesoria</b>
95	1 płuco testowe
96	1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku
97	Ramię podtrzymujące układy oddechowe
98	10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku
99	10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym
100	5 czujników przepływu do dezynfekcji
101	1 czujnik przepływu do sterylizacji

102	25 szt. jednorazowych, dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta
103	Tomografia impedancyjna 2szt : Aparat do wykonywania ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów, dynamicznej wizualizacji i analizy zmian bioimpedancji klatki piersiowej pacjenta za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej.
104	Sterowanie funkcjami aparatu oraz prezentacja danych i obrazów na kolorowym dotykowym wyświetlaczu o przekątnej 17 cali.
106	Pomiar za pomocą wielorazowych pasów z elektrodami, obwód klatki piersiowej pacjenta w zakresie 70 - 150 cm, oraz elektrody odniesienia.
107	Aparat nie wymagający wymiany jakichkolwiek komponentów (poza elektrodą odniesienia typu EKG) między pomiarami u różnych pacjentów, dezynfekcja powierzchniowa z czyszczeniem.
108	Pasy elektrod dostępne w 5 rozmiarach S, M, L, XL, XXL.
109	Możliwość doposażenia w pasy elektrod pediatryczne
110	Wizualizacja jakości przylegania elektrod z kolorystycznym określeniem numerów elektrod niewłaściwie przylegających.
111	Możliwość wyboru wizualizacji i analizy numerycznej upowietrznienia płuc w obrazie 4 ćwiartek lub warstw (tzw. obszary zainteresowań).
112	Wbudowany algorytm umożliwiający filtrację zbędnych zmian impedancji (artefaktów) związanych np. z pracą serca.
113	Możliwość zapisania obrazu referencyjnego i prowadzenia dalszej analizy porównawczej w czasie.
114	Możliwość analizy zmian impedancji końcowodechowej oraz końcowowydechowej (trendy) na przestrzeni czasu korzystając z przesuwanych kursorów referencyjnych.
115	Możliwość transmisji danych (wartości bezwzględnych dotyczących mierzonych parametrów wentylacyjnych) z wybranych respiratorów poprzez protokół Medibus lub MedibusX bez wprowadzania dodatkowej przestrzeni martwej do obwodu oddechowego pacjenta.

116	Wbudowany algorytm diagnostyczny umożliwiający analizę m.in. optymalnego PEEP, obszarów z regionalnie opóźnioną wentylacją, zdolności rekrutacji.
117	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru ciśnienia przepłucnego.
118	Możliwość zapisywania danych na nośniku USB celem dalszej analizy.
119	Aparat mobilny, na podstawie jezdnej z 4 kołami z blokadą.
120	Zasilanie z sieci elektrycznej o napięciu 240V 50/60 Hz.
121	Maksymalny pobór mocy 125 W, zwykle ok 80W.
122	Zasilanie awaryjne na minimum 5 minut.
123	Waga kompletnego aparatu na podstawie jezdnej 44 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodność parametrów zostanie oceniona na etapie sprawdzania ofert.

59/ **Dotyczy: UMOWA §12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych:

4) Z 500,00 zł brutto do 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności wymienionych w punkcie 4.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytania nr 14**

60/ **Dotyczy: pakiet nr 22 – Wózek transportowo - zabiegowy – 4 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych: długość 2143 mm (+/- 10 mm), szerokość 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

61/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powierzchni leża pacjenta o długości 1880 mm (+/- 10 mm) i szerokości 610 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

62/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wadze 100-135 kg (w zależności od konfiguracji i wyposażenia)?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

63/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego odległość pomiędzy kolumnami 910 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

64/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym elementy metalowe wózka (uchwyty do prowadzenia wózka, dźwignia sprężyny gazowej sekcji pleców, barierki boczne i przycisk blokady barierki) są malowane proszkowo farbą nie posiadającą właściwości antybakteryjnych z jonami srebra?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

65/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła bez precyzyjnych łożysk kulowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

66/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym tylko 5-te koło będzie antystatyczne?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

67/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego nożne dźwignie uruchamiania centralnej blokady kół znajdujące się na wszystkich 4 narożnikach wózka; wózek posiadający osobną dźwignię uruchamiającą 5-te koło kierunkowe, która będzie dostępna od strony nóg?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

68/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację wysokości leża w zakresie 600 mm ( $\pm 10$  mm) - 920 mm ( $\pm 10$  mm)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

69/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego powierzchnię leża składającą się z 2 elementów, sekcja pleców dl. 700 mm (+/- 10 mm) unoszoną ze wspomaganie gazowym (+/- 5°)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

70/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego unoszenie sekcji pleców wspomagane sprężyną gazową w zakresie 90° (+/- 5°)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

71/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne składane wzdłuż ramy leża?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę przy założeniu, że złożone barierki nie będą powiększały wymiarów zewnętrznych wózka.**

72/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez dodatkowych ochron przeciwkolizyjnych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

73/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac mocowany do wózka przy pomocy rzepów?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

74/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej, 3-częściowy, z teleskopową regulacją wysokości (oburącz) z 2 haczykami, możliwość złożenia (bez możliwości montażu w każdym z czterech narożników)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

75/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 haki do zawieszenia np. worków na mocz – po obu stronach leża?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

#### Pytania nr 15

76/ Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Czy Zamawiający w Pakiet nr 27, pkt. 1623, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach:

„Przepływ min w dwóch zakresach: „Pomocniczy kanał wodny 0 – 365 ml/min; Kanał in-strumentu / biopsji 0 – 880 ml/min”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

77/ Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Czy Zamawiający w Pakiet nr 27, pkt. 1625, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach:

„Regulacja przepływu poprzez min. trzy zaprogramowane ustawienia z opcją regulacji”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

78/ Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w Pakiet 27, pkt. 1662, których dokładnie gabinetów endoskopowych ma dotyczyć aktualizacja posiadanych licencji systemu Endobase?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga minimum 4 aktualizacji posiadanych licencji systemu Endobase. Aktualizacja dotyczy co najmniej czterech gabinetów endoskopowych: dwóch zlokalizowanych w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz dwóch w Ambulatoryjnej Pracowni Endoskopowej Przewodu Pokarmowego Polikliniki.**

**W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zmodyfikowany opis został zamieszczony na stronie postępowania.**

79/ **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia)** Czy Zamawiający wraz z zgodą na modyfikację zapisu w Pakiecie nr 25, Wymagania pozostałe pkt. 1572 oraz w Pakiecie nr 27, Wymagania pozostałe pkt. 1682 do następującej treści:

„Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych, jeżeli dostarczone urządzenia emitują pole elektromagnetyczne i zgodnie z instrukcją obsługi wymagają wykonania takich pomiarów”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

80/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 5 ust. 2 do następującej treści:

„Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest lub zostanie przez Wykonawcę pozba-wiony wszelkich zabezpieczeń w zakresie w jakim instrukcja obsługi przewiduje samodzielną integrację w sprzęt, w tym w szczególności hasel, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do wykonywania podstawowych czynności serwisowych przedmiotu umowy przez inny niż Wykonawca podmiot.”?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

81/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 1 do następującej treści:

„zareagowania do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady / usterki rozumianego jako podjęcie działań naprawczych.”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

82/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 2 do następującej treści:

„dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: 5 dni przypadających w dni robocze, od momentu zgłoszenia wady/usterki”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

83/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 3 do następującej treści:

„w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich wad/usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż **14 dni**, przypadające w dni robocze”

**Na czas naprawy powyżej terminu wskazanego w pkt. 2, Dostawca zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze o tych samych lub lepszych parametrach”?**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

84/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 4 do następującej treści:

„wymiany podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

85/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 6 do następującej treści:

„w przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

86/ **Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) pakiet 25, 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 3 do następującej treści:

„W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przeglądu (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym.”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji § 7 ust. 3 Umowy we wskazanym zakresie. Patrz zmiana SWZ.**

87/ **Dot. pakietu 25 i 27, zapisy SWZ i projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia zestawów (np. takich jak elementy wózka, kable, akcesoria do ssaka, system archiwizacji i opisywania badań, stacje robo-cze), które nie jest wyrobem medycznym, objęte jest stawką VAT 23% i nie posiada dokumentów dopuszczających?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu lub deklaracji zgodności wyłącznie dla głównych urządzeń będących wyrobami medycznymi.**

88/ **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia-Zestawienie warunków granicznych gwarancji-Okres gwarancji) pakiet 25 – lp. 149 oraz pakiet 27 lp. 162**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) do 72 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

89/ **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia- Zestawienie warunków granicznych gwarancji-Serwis pogwarancyjny) pakiet 25 – lp. 73 oraz pakiet 27 lp. 79**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego wynosił 8 lat?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Pytania nr 16**

**90/ Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy - tabela asortymentowo - cenowa**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w załączniku nr 2 - formularzu ofertowym w pakiecie nr 4, w tabeli asortymentowo-cenowej wymaga wskazania ceny uśrednionej dla respiratora. Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 zawiera: 16 sztuk respiratorów typu I oraz 1 sztukę respiratora typu II.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ – Formularza ofertowego we wskazanym zakresie. Patrz zmiana SWZ.**

**91/ Dotyczy: § 2 ust. 2 wzoru umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 2 ust. 2 wzoru umowy na: „2. Wynagrodzenie brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty, w tym montaż, koszt skonfigurowania aparatu do pełnej współpracy z systemami funkcjonującymi u Kupującego (**jeżeli wymóg został ujęty w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**), zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują, a także koszty szkolenia”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**92/ Dotyczy: § 5 ust. 2 wzoru umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 2 wzoru umowy na: „Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, regulację oraz kalibrację urządzenia po zakończeniu gwarancji podstawowej na każde żądanie Kupującego, we wskazanym przez Kupującego terminie, **w zakresie jaki dopuszcza producent urządzenia**”?

Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za których poprawne działanie wykonawca, będący przedstawicielem producenta, ponosi odpowiedzialność produktową. Dostęp do kodów źródłowych, instrukcji serwisowych pracownicy wykonawcy otrzymują po dobiecju specjalistycznych szkoleń w laboratorium producenta. Brak takiej wiedzy może stanowić ryzyko dokonania zmian w parametrach oraz konfiguracji urządzeń, które to mogą w negatywny sposób wpłynąć na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy urządzenia. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia pacjenci lub personel obsługujący mogą odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

**93/ Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy punkt 2 podpunkt 7 oraz załącznik nr 4 do SWZ – Umowa - § 13 ust. 1**

Prosimy o dopuszczenie modyfikacji punktu 7 Formularza oferty oraz stosownie §13 ust. 1 projektu umowy na: „7.zaoferowany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami; (dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia, które tego wymagają)”.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. W pakietach 24, 25, 27 i 31 dopuszczono certyfikaty niemedyczne. Patrz zmiana SWZ.**

94/ Dotyczy: § 7 ust. 2, pkt. 1 wzoru umowy oraz Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań - pakiet nr 4 – tabela II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI, punkt 18

Prosimy o jednoznaczne określenie czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym? Czy Zamawiający wymaga czasu przystąpienia do naprawy maksymalnie w ciągu 24 czy 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 – 24h**

95/ § 12 ust. 1, pkt. 1 wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„1) 0,2 % wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

96/ Dotyczy: § 12 ust. 1, pkt. 2 wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„2) 0,2 % wartości brutto **urządzenia, którego dotyczy zwłoka**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 6 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia;”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

97/ Dotyczy: § 12 ust. 1, pkt. 3 wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„3) 0,2 % wartości brutto **urządzenia, którego dotyczy zwłoka**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu aparat/sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

98/ Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań, pakiet nr 4, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

Pkt 1

Czy doszło do omyłki pisarskiej i zważywszy na fakt, iż w pakiecie 4 do sprzętu nie są oferowane głowice, Zamawiający zmodyfikuje zapis „Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt w tym głowice [miesiące]” na „Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał omyłki we wskazanym zakresie. Patrz zmiana SWZ.**

## Pytania nr 17

99/ w nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dotyczy Pakietu nr 28 – Aparat RTG ramię C

Pytania do OPZ – zestawienie parametrów technicznych - Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 1688 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu z głębokością ramienia C 68 cm. Różnica 2 cm w stosunku do opisanych wymogów nie ma znaczenia dla operatora na BO.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

100/ Dotyczy punktu 1698 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie ramienia z panelem dotykowym o przekątnej 12” i rozdzielczości 640 x 480 pikseli, znajdującym się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkim funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live”.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

101/ Dotyczy punktu 1704 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu z ręcznym włącznikiem umożliwiającym wyzwolenie promieniowania oraz zapis obrazu i sekwencji fluoroskopowej do pamięci za pomocą 1 przycisku.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

102/

Dotyczy punktu 1706 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie wózka ramienia C o wadze 347 kg.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

103/ Dotyczy punktu 1709 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu z akwizycją 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

104/ Dotyczy punktu 1713 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie ramienia C z maksymalnym prądem dla fluoroskopii ciągłej – 11 mA

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

105/ Dotyczy punktu 1728 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną kołpaka 1140 kWhU.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

106/ Dotyczy punktu 1735 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie ramienia C z detektorem IGZO o rozdzielczości 2048 x 2048 pikseli.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

107/ Dotyczy punktu 1749 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu z jednym monitorem medycznym, dwudzielnym, czyli spełniającym funkcję dwóch monitorów.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

108/ Dotyczy punktu 1756 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie ramienia C z wyjściem do podłączenia zewnętrznego monitora w standardzie SDI.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

109/ Dotyczy punktu 1766 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez możliwości rozpięcia podczas badania bez utraty danych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

110/ Dotyczy punktu 1767 w sekcji parametry wymagane

Prosimy o dopuszczenie ramienia C o pojemności wewnętrznej równej 100 000 obrazów.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

111/ Dotyczy punktu 171 w sekcji okres gwarancji

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu, rozumiany jako podjęcie działań naprawczych (czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia) Zamawiający wymaga pisemnego (e-mail) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia [godziny] (dni robocze) do 72 godzin.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

112/ Dotyczy punktu 173 w sekcji okres gwarancji

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – przyjazd na wezwanie [godz.] do 72 godz.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

113/ Dotyczy punktu 174 w sekcji okres gwarancji

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 8 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

114/ Pytania do projektu umowy

Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

115/ Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 2.1)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki / wady rozumianej jako podjęcie działań naprawczych.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

116/ Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 2.2)

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 2.3)

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 8 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.****Pytania nr 18**

117/ Dot. Pakietu nr 17 i 18

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI**

pkt 99 pak. 17 oraz pkt 105 pak. 18 - Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii do 48 godzin w dni robocze.

Uzasadnienie: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (wzór umowy, par. 7, ust. 2, pkt 1) wymagane jest podjęcie działań naprawczych do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady / usterki.

**Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – 24h.**

118/ Dot. Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy:

Dot. par. 5, ust. 2: Wskazujemy, że udostępnienie kodów serwisowych może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Blokady oraz kody serwisowe na urządzeniach zostały zastosowane przez producentów urządzeń (nie tylko Wykonawcy) w celu ograniczenia niepożądanego ingerencji w urządzenie i dokonywania nieuprawnionych, niezgodnych z instrukcją obsługi czynności serwisowych. Każda osoba uprawniona do dokonywania wszelkich czynności (prawidłowych i zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów) serwisowych posiada odpowiednie dostępy do urządzenia. Dostęp do ustawień serwisowych przez nieuprawniony personel może spowodować nieprawidłowości w serwisowaniu urządzenia jego awarie, usterki i przestoje, co w konsekwencji może narazić na niebezpieczeństwo pacjentów. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu. Ewentualne przekazanie kodów mogłoby nastąpić w sytuacji, w której inne podmioty serwisujące urządzenie posiadałyby odpowiednie certyfikaty i szkolenia producenta urządzeń, gdyż wyłącznie takie podmioty posiadałyby niezbędną wiedzę do prawidłowego serwisowania urządzenia.

Lub w przypadku kiedy powyższy zapis nie dotyczy oferowanego sprzętu, dopisanie

„nie dotyczy”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał usunięcia par. 5 ust.2 Umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie**

119/ Dotyczy § 3 ust 2. Czy Zamawiający dopuści 30 dniowy termin płatności?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenia zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

120/ Dotyczy umowy § 7 ust. 2 pkt 3. Prosimy o wydłużenie czasu w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych o 120 godziny przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w pkt 2;

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenia zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

121/ Dotyczy umowy § 7 ust. 2 pkt 4 Prosimy o zmianę zapisu na :

O ile postanowieniami załącznika nr 1 do SWZ nie stanowią inaczej, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do „wymiany podzespołu na nowy po 2 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

#### Pytania nr 19

122/ dotyczy pkt 287. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości zewnętrznej wynoszącej 84 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

123/ dotyczy pkt 290. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego masa własna wynosi 110 kg? Waga naszego wózka różni się tylko o 5 kg od wózka opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie wagi wózka maksymalnie do 110 kg. (Pakiet 22) Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

124/ dotyczy pkt 291. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym odległość pomiędzy kolumnami konstrukcyjnymi wynosi 1250 mm? Jest to parametr lepszy ponieważ szerszy rozstaw daje większą swobodę na zrobienie badania ramieniem C.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

125/ dotyczy pkt 292. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorego, który wykonany jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo lakierem odpornym na promienie UV i działanie silnych środków chemicznych, bez zastosowania domieszki jonów srebra?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, wymóg zastosowania farby posiadającej właściwości antybakteryjne z jonami srebra jest kluczowy i jest parametrem lepszym. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

126/ dotyczy pkt 293. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w cztery pojedyncze koła o średnicy 200 mm, z których jedno koło jest antystatyczne?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

127/ dotyczy pkt 296. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana jest hydraulicznie w zakresie 14°?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

128/ dotyczy pkt 299. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego regulacja kąta segmentu oparcia pleców (wspomagane dwiema sprężynami gazowymi) odbywa się w zakresie od 0° do 62°?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

129/ dotyczy pkt 300. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w ergonomiczne składane ręczki zlokalizowane od strony głowy pacjenta (składane na leże poniżej poziomu materaca, możliwość złożenia jedną ręką) oraz demontowany metalowy pałąk od strony nóg pacjenta służący do pchania wózka?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

130/ dotyczy pkt 304. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w szpitalny materac o grubości 10 cm, który mocowany jest do leża za pomocą pasów zabezpieczających, zamiast pasków żelowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

131/ dotyczy pkt 305. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w teleskopowy, dwuczęściowy, chromowany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości i 2 hakami, montowany w narożnikach wózka z możliwością przechowywania na podwoziu pod leżem?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

132/ dotyczy pkt 301. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego barierki boczne, po ich złożeniu wzdłuż ramy leża, wystają ponad poziom leża, ale są umiejscowione poniżej poziomu materaca, co zapewnia bezpieczny transfer pacjenta oraz nie powiększa zewnętrznych wymiarów wózka?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

133/ dotyczy pkt 298. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o powierzchni leża składającej się z dwóch segmentów, sekcja pleców długość 70 cm, unoszona za pomocą sprężyny gazowej?

*Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Odpowiedź:** Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ.

#### Pytania nr 20

134/ Szanowni Państwo, Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Dot. pakietu nr 21 - dostawa myjni do obuwia operacyjnego – 2 szt. 1. Dot. poz. 232 Czy Zamawiający wymaga urządzenia będącego wyrobem medycznym zgodnie z rozporządzeniem MDR UE 2017/745?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby myjnia do obuwia operacyjnego w pakiecie 21 posiadała certyfikat CE, deklarację zgodności lub inny równoważny dokument potwierdzający, że jest to wyrób medyczny. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

135/ 2. Dot. poz. 241 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB z możliwością pobrania archiwum przeprowadzonych procesów celem archiwizacji elektronicznej, jako rozwiązanie równoważne do połączenia urządzenia do komputera lub drukarki zewnętrznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie portu USB jako równoważnej metody komunikacji, pod warunkiem, że zapewnia ona pełną kompatybilność z systemem dokumentacji oraz nie wpływa na spełnienie wymagań certyfikacyjnych urządzenia.**

136/ 3. Dot. poz. 242 Czy zamawiający dopuści zewnętrzną drukarkę z możliwością wydruku parametrów wyłącznie w postaci pełnej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

137/ Dot. poz. 243 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 20 stałych programów fabrycznych do mycia i dezynfekcji, gdzie wybór programów odbywa się za pomocą 3 przycisków (wybór i akceptacja programu)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, pod warunkiem, że umożliwia ono wybór co najmniej 3 programów fabrycznych za pomocą panelu sterowania w sposób prosty i jednoznaczny. Liczba stałych programów może przekraczać minimalny wymóg 15, a sposób ich uruchamiania (przyciski do wyboru i akceptacji programu) jest akceptowalny, jeżeli funkcjonalność spełnia wymóg możliwości bezpośredniego uruchamiania co najmniej 3 programów. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

138/ Dot. poz. 244 Czy zamawiający wymaga możliwości zaprogramowania min. 20 programów użytkownika?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało zapisanie w pamięci co najmniej jednego programu tworzonych przez użytkownika. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

139/ Dot. poz. 254 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden czujnik do monitorowania temperatury w komorze?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

140/ Dot. poz. 256 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości pomiaru częstotliwości obrotów z równoważnym systemem kontroli ciśnienia roztworu myjącego w układzie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

141/ Dot. poz. 257 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę obiegową o wydajności > 400 l / min. dostosowanej do urządzenia, bez przepływowego systemu ogrzewania wody – woda ogrzewana przez grzałki wewnątrz komory urządzenia?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

142/ Dot. poz. 258 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w grzałki umieszczone w komorze mycia umieszczone w sposób nie narażający użytkownika na kontakt z nimi?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym grzałki w komorze mycia są umieszczone w sposób zapewniający brak kontaktu użytkownika z nimi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

143/ Dot. poz. 259 Czy zamawiający dopuści równoważny system monitoringu ciśnienia w układzie myjącym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych rozwiązań, pod warunkiem, że wykonawca w treści oferty przedstawi uzasadnienie oraz dokumentację potwierdzającą, iż zaproponowane rozwiązanie jest równoważne wymaganiom określonym w SWZ.**

144/ Dot. poz. 267 Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym nastawa stężenia dozowanych środków chemicznych podawana jest w ml/litr?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym nastawa stężenia dozowanych środków chemicznych wyrażana jest w ml/litr, pod warunkiem, że funkcjonalnie umożliwi precyzyjne ustawienie stężenia równoważnego wartości procentowej i pozwala na pełną kontrolę dozowania bezpośrednio z panelu sterowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

145/ Dot. poz. 268 Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym zmiękczaczem z dozownikiem soli wewnątrz komory i z możliwością ustawienia twardości wody doprowadzonej do urządzenia z zastosowaniem stopni francuskich w zakresie 5-65°f?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

146/ Dot. poz. 272 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażoną w bardziej funkcjonalną komorę mycia o wymiarach roboczych: (S x W x G) 525 x 490 x 570 mm przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i pojemności załadunkowej na poziomie 8 tac 1/1 DIN lub 14 par obuwia operacyjnego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.**

147/ Dot. poz. 274 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. wózków do 2 oferowanych myjni, czy 2 szt. wózków do każdej z oferowanych myjni (w sumie 4 wózków do mycia obuwia)?

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ.**

148/ Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony wózek do mycia obuwia posiadał pojemność min. 14 par (28 szt.) obuwia?

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ.**

149/ Dot. poz. 275 Czy ilość 56 szt. butów odnosi się do pełnego załadunku dwóch oferowanych myjni?

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami i modyfikacjami SWZ.**

150/ Dotyczy pakietu nr 24

W związku z tym, że producent opisanej ciepłarki potwierdza pojemność 237 litrów, a wyspecyfikowana pojemność 245 litrów dotyczy poprzedniej wersji urządzenia, prosimy o odpuszczenie do zaoferowania ciepłarki o pojemności komory  $2371 \pm 5l$ .

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Niezależnie od wskazanych powyżej odpowiedzi na pytania, Zamawiający wskazuje o dokonaniu modyfikacji Pakietu nr 17.

Równocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.04.2026 roku.

Nowy termin składania ofert do dnia 14.04.2026 roku do godz. 08:00.

Nowy termin otwarcia ofert dnia 14.04.2026 roku godz. 09:00.

Załącznikiem jest Zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany).

*Z poważaniem,  
Sekcja Zamówień Publicznych*