

Kraków, 02.04.2026 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 27/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na: **Dostawy materiałów chirurgicznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Czy w związku z tym, że oferowany w Pakiecie numer 9 asortyment jest pakowany w opakowania zbiorcze i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytania nr 2

Czy Zamawiający w Umowie § 6 ust. 2 odstąpi od wymogu przedłożenia tłumaczeń do wymaganych dokumentów sporządzonych w języku obcym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściową realizację składnych zamówień? W przypadku niewystarczających stanów magazynowych zapewni to Zamawiającemu ciągłość pracy bloku i przeprowadzania procedur medycznych.

Odpowiedź: Częściowa realizacja składanych przez Zamawiającego zamówień może być dopuszczona, jednakże każdorazowo zgodę na nią musi wyrazić upoważniony przedstawiciel kupującego. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. Patrz zmiana w SWZ (zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 9

(Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. Patrz zmiana w SWZ (zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 9

Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 9 nie są produkty ratujące życie, lecz asortyment, którego zakup i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych mogą zostać zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający odstąpi od wymogu realizacji dostaw w trybie pilnym. W naszej ocenie rezygnacja z tego trybu mogłaby przyczynić się do racjonalizacji procesu logistycznego, ograniczenia kosztów po stronie Wykonawcy, a jednocześnie nie wpłynęłaby negatywnie na ciągłość zaopatrzenia Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu realizacji dostawy w trybie pilnym, lecz wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw natychmiastowych do 48 godzin. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. Patrz zmiana w SWZ (zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 6

Dotyczy Umowy § 7 pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w treści dokumentacji umownej, polegającej na zastąpieniu użytego w niej terminu „opóźnienie” terminem „zwlóka”. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Stron poprzez posłużenie się pojęciem właściwym dla stanu zawnionego przez wykonawcę, zgodnie z jego znaczeniem wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy takie doprecyzowanie przyczyni się do jednoznacznej interpretacji postanowień umownych i ograniczy możliwość powstania rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na okres 6 miesięcy? Fakt ten związany jest z umową z Producentem oraz gwarancją ceny na okres maksymalnie pół roku. W przypadku negatywnej odpowiedzi nie będzie możliwe złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 6. Pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły Hubera o objętości wypełnienia 0,3 ml i możliwością zastosowania do 7 dni. Igła typu motylek, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych do 300PSI, igła z klipsem zatraskowym na drenie z oznaczeniem wartości przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. Igła kompatybilna ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla. Produkt nie zawierający lateksu i DEHP. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT. Rozmiary od 19G do 22G o długościach 19mm; 25mm i 38mm do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 10

Pakiet 6. Pozycja 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły Hubera o objętości wypełnienia 0,3 ml. Igła typu motylek, z klipsem zatraskowym na drenie. Igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Rozmiary od 19G do 22G o długościach 12,7mm; 19mm; 25mm i 38mm do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 11

Pakiet 6. Pozycja 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły Hubera dostosowanej do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych do 300PSI, z oznaczeniem przepływu w ml/s na klipsie zatrzaskowym, dodatkowo w opakowaniu z naklejką z oznaczeniem przepływu ułatwiająca identyfikację możliwości zastosowania igły. Igła kompatybilna ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla. Objętość wypełnienia 0,3ml, minimalne natężenie przepływu grawitacyjnego 19G-1680ml/h, 20G-960ml/h, 22G- 312ml/h. Igła z przezroczystą podstawą stabilizującą z miękką pianką, poprawiającą komfort pacjenta w trakcie użytkowania, igła z drenem bez zawartości PCV z klipsiem zatrzaskowym . Igła bezpieczna- posiadająca zabezpieczenie ostrza. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego: 19Gx19mm, 19Gx25mm,19Gx38mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm, 20Gx38mm, 22Gx19mm,22Gx25mm,22Gx38mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 12

Dotyczy wzoru umowy dla pak. 5,6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy ”W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §3 ust. 1 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy wzoru umowy dla pak. 5,6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy dla pak. 5,6. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od ww. zapisu dla pak. 5,6.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu realizacji dostawy w trybie pilnym, lecz wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw natychmiastowych do 48 godzin. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. Patrz zmiana w SWZ (zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 15

Pakiet nr 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Iglę ze szlifem Hubera, do długich przetoczeń z przezroczystym drenem o długości 23 cm, z klipsem do przerw w infuzji, z ruchomymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przezrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości 2 mm, zespolona z korpusem igły, w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm do wyboru przez Zamawiającego, z kodowaniem rozmiarów za pomocą kolorowych skrzydełek, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym "klikaniem" bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania, z portem bocznym typu Y z łącznikiem Luer lock dający możliwość pracy z akcesoriami bezigłowymi, dreny z TPU bez PCV oraz bez DEHP, kompatybilne z MRI, możliwość automatycznych iniekcji do 330 psi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 16

Pakiet nr 6 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Iglę ze szlifem Hubera, do długich przetoczeń z przezroczystym drenem o długości 23 cm, z klipsem do przerw w infuzji, z ruchomymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przezrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości 2 mm, zespolona z korpusem igły, w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm do wyboru przez Zamawiającego, z kodowaniem rozmiarów za pomocą kolorowych skrzydełek, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym "klikaniem" bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania, z portem bocznym typu Y z łącznikiem Luer lock dający możliwość pracy z akcesoriami bezigłowymi, dreny z TPU bez PCV oraz bez DEHP, kompatybilne z MRI, możliwość automatycznych iniekcji do 330 psi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 17

Pakiet nr 6 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Iglę Hubera opisaną poniżej:

- Iglę Hubera do portu naczyniowego zagiętą pod kątem 90 stopni, z wężykiem, skrzydełkami oraz zaciskiem
- w wersji standardowej
- Iglę z możliwością użycia do wykonywania wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych do 330 PSI
- Wężyk wykonany z TPU bez zawartości PCV oraz DEHP o długości 23 cm, posiadający zacisk oraz zakończony łącznikiem Luer Lock
- Iglę nie wyginającą się podczas iniekcji do portu (sztywne)
- Rozmiar i długość igły są podane na etykiecie produktu w celu dobrania odpowiedniego modelu igły, aby uniknąć uszkodzenia portu i / lub wykonania nieodpowiedniej infuzji
- Konstrukcja kaniuli umożliwia dostęp do portu, zmniejszając uszkodzenia przegrody oraz ograniczając ból pacjenta
- Skrzydełka oznaczone kolorystycznie dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru
- Rozmiary: 19G, 20G, 22G
- Długości: 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm
- Kompatybilne z MRI

- Wyrób medyczny, sterylny, bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem braku mechanizmu zabezpieczającego przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni (dopuszcza się inne rozwiązanie).

Pytanie nr 18

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 2 – pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu realizacji dostawy w trybie pilnym, lecz wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw natychmiastowych do 48 godzin. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ we wskazanym zakresie. Patrz zmiana w SWZ (zaznaczone kolorem czerwonym).

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany).

*Z poważaniem,
Sekcja Zamówień Publicznych*