

Kraków, 09.04.2026 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA I  
SKŁADANIA OFERT

*dot. sprawy: 27/ZP/2026*

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na: **Dostawy materiałów chirurgicznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

Pytania do zadania nr 5: Porty naczyniowe

Pytanie 1 do pozycji 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści porty w zaktualizowanej wersji portów naczyniowego produkowanych przez producenta Angiodynamics? Produkt ten stanowi następcę technologicznych rozwiązań znanych Zamawiającemu. Zamiast cewnika poliuretanowego (poz. 1) lub silikonowego (poz. 2) oferujemy cewnik zapewniający zwiększoną odporność na gromadzenie się zakrzepów dzięki zastosowaniu BioFlo z technologią Endexo (trwały, nieelujący polimer, który jest „wtopiony” w poliuretan), cewnik o długości 63cm, oraz komora objętości pozycja 1- 0,64ml. pozycja 2- 0,51ml.

Zestaw zawiera: korpus portu, cewnik, igła wprowadzająca 18G, prowadnik typu J 0,038" x 50cm, zastawkowa koszulka wprowadzająca (rozrywalna), tunneler, kaniula plastikowa (tępa igła), igła Huber prosta 22G, igła Huber 90° 22G, hak żylny.

Pozostałe parametry pozostają zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Równocześnie Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2026 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 17.04.2026 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 17.04.2026 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (zmiany zaznaczone zostały na czerwono)

*Z poważaniem,*  
**Sekcja Zamówień Publicznych**