

Kraków, 27.07.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA I
SKŁADANIA OFERT

dot. sprawy: 80/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na: **Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ IV. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA – pozycja 16.

Czy Zamawiający pod pojęciem Podłączenie dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym Zamawiającego na koszt Wykonawcy rozumie tylko możliwość komunikacji, czy wpięcie systemu do systemu informatycznego będącego w Szpitalu?

Jeżeli wymaga wpięcia to zwracamy się z prośbą o podanie nazwy systemu informatycznego.

Odpowiedź:

Przez pojęcie:

„Podłączenie dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym Zamawiającego na koszt Wykonawcy”
(wskazane w załączniku nr 1 do SWZ, Tabela nr IV. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ANALIZATORA PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA, pozycja 16)

Zamawiający rozumie tylko możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym Zamawiającego, bez konieczności wpięcia do systemu informatycznego.

Nowy termin składania ofert do dnia 29.07.2026 roku do godz. 09:00.

Nowy termin otwarcia ofert dnia 29.07.2026 roku godz. 09:30.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ.

Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem

Sekcja Zamówień Publicznych